



Oznaczenie sprawy: ZP/184/D/23

Poznań, dnia 30.03.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **dostawę wraz z montażem i uruchomieniem dwóch dyfraktometrów rentgenowskich**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 4. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch dyfraktometrów rentgenowskich (nr postępowania ZP/184/D/23) ogłoszonym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Zał. A. Dwa dyfraktometry do badań rentgenowskich monokryształów, wyposażone w źródła promieniowania rentgenowskiego z wirującą anodą (jedno dające promieniowanie o długości fali CuKa, drugie – MoKa) i wysokoczułymi detektorami.

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli dwa dyfraktometry rentgenowskie wyposażone w źródła promieniowania CuKa i MoKa – każdy z dyfraktometrów? Czy zamawiający ma na myśli dwa dyfraktometry wyposażone w źródła promieniowania – jeden w CuKa, zaś drugi MoKa?

Odpowiedź 4. Dwa dyfraktometry, z których jeden wyposażony jest w źródło MoKa, a drugi - CuKa.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PROREKTOR

Prof. dr hab. Michał Banaszak

Aforiz