

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup i dostawę karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie 1. Transporter noszy głównych

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności nowoczesne nosze, których waga transportera nie jest zgodna z wymogami normy PN-EN-1865 przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych punktów przytoczonej normy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie dokumenty dot. potwierdzenia zgodności z aktualnie obowiązującymi normami (w szczególności noszy i transportera) były dostarczone wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z dostawą.

Pytanie 3. Krzesółko kardiologiczne z systemem płozowym

Czy Zamawiający dopuści krzesółko kardiologiczne renomowanej firmy FERNO wyposażone w hamulce na tylnych nieobrotowych kołach co w znacznym stopniu ułatwia obsługę blokady krzesółka kardiologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Krzesółko kardiologiczne z systemem płozowym

Czy Zamawiający oczekuje aby system płozowy był odpinany od krzesółka co znacznie redukuje wagę krzesółka i ułatwia pracę w sytuacjach, kiedy system płozowy nie jest potrzebny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 do pkt. XIII. KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE z systemem płozowym

Czy Zamawiający oczekuje aby krzesółko kardiologiczne wyposażone było w wysuwane rączki przednie, które niezbędne są do bezpiecznego transportu pacjenta po schodach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do pkt. XIV. Fotel kardiologiczny z systemem mocowania

Czy Zamawiający dopuści fotel kardiologiczny, światowego lidera w dziedzinie transportu pacjenta, firmy Ferno, charakteryzujący się poniższymi parametrami:

- Krzesło transportowe przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej z domu do karetki, jak również w czasie transportu w ambulansie
- Wykonane z lakierowanego proszkowo anodowanego aluminium
- Nośność do 250 kg
- Siedzisko i oparcie o anatomicznym kształcie
- Łatwe w czyszczeniu. Pokrycie winylowe, dezynfekowalne
- Składane podłokietniki
- Cztery koła z czego 2 skrzętne i 2 z blokadą
- Teleskopowe uchwyty z przodu i z tyłu
- Czteropunktowe pasy bezpieczeństwa z centralnym zamkiem
- Zintegrowany zagłówek
- Składany podnózek
- Możliwość doposażenia fotela w napęd płozowy, umożliwiający wjazd i zjazd z pacjentem po schodach
- Waga 20 kg
- Wymiary: długość 863 x szerokość 591 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 do pkt. XV. Materac próżniowy ratowniczy

Czy Zamawiający dopuści materac próżniowy o wymiarach:

- długość 208 cm
- szerokość – 130/72 cm
- waga 8,8 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk /-/*