

Nisko dnia: 2024-01-02

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**

Kościuszki 1

37-400 Nisko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na " **Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi, testów, pasków i odczynników chemicznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**" – znak sprawy **Z.II.260.40.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Część 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Część 2 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 i stworzy osobny pakiet lub dopuści w poz. 3 immunochromatograficzny test płytkowy (kasetkowy), dwustudzienkowy do równoczesnego wykrywania GDH i toksyn A/B Clostridium Difficile, Wykrywalność GDH min. 0,8 ng/ml, wykrywalność toksyny A - min. 0,75 ng/ml, wykrywalność toksyny B - min. 0,75 ng/ml. Kontrola dodatnia dostarczona (antygen) poza zestawem. Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 48 godzin.

Test z możliwością stosowania podłoży transportowych.

W zestawie jednorazowe pipetki do poboru rzadkiego kału?

Uzasadnienie: Obecna specyfikacja zamówienia tworzy preferencje wobec jednego wykonawcy - firmy P.P.H.U BORPOL. Dopuszczenie większej ilości ofert pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 3**

Część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarka w określeniu ilości wymaganego asortymentu „110 sztuk” ? Pragniemy nadmienić, że asortyment jest konfekcjonowany w opakowaniach zawierających 100 sztuk produktu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, natomiast Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią do Pytania nr 1 podanie ceny z dokładnością do trzech lub nawet czterech miejsc po przecinku**

### **Pytanie nr 4**

Część nr 1 poz. 18, poz 3

Prosimy o zgodę na zaoferowanie w pozycji 18 strzykawki do RKZ produktu od innego producenta niż pozostałe elementy zamkniętego systemu pobierania krwi.

Uzasadnienie - Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga, aby wszystkie elementy służące bezpośrednio do pobierania krwi (w tym probówka), pasowały do siebie, współpracowały i pochodziły od jednego producenta. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki do OB pochodzącej od innego producenta. Rozumiemy, iż dopuszczenie tego elementu, który niewątpliwie musi współpracować z pozostałymi elementami systemu zamkniętego (igła, motylek, uchwyt, łącznik do wenflonów) jest podyktowane faktem, iż część wiodących dostawców systemów zamkniętych nie ma tego elementu w ofercie lub ma zamiar wycofać się z jego oferowania w dającej się przewidzieć przyszłości, a Zamawiający dąży do zwiększenia konkurencyjności wśród oferentów. W tej sytuacji wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawki do RKZ, elementu z założenia stosowanego najczęściej samodzielnie (jako strzykawka z tłokiem) a nie we współpracy z innymi elementami systemu zamkniętego, ma zdecydowanie większe uzasadnienie merytoryczne a służy temu samemu celowi, czyli zwiększeniu konkurencyjności.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

### **Pytanie nr 5**

Część nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za 1 szt. z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Uzasadnienie: Wyszpecyfikowany asortyment jest produktem masowym dla którego cena jednostkowa za sztukę jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej a nie ceną transakcyjną. Oczywiście, bowiem pozostaje fakt że Zamawiający nie będzie zamawiał pojedynczych sztuk igieł czy probówek, a będzie zamawiał towar w opakowaniach zbiorczych. Wartości netto i brutto zostaną podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie nr 6**

Część nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści testy wykrywający tylko przeciwciała IgG i IgM?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie nr 7**

Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści testy o czułości i swoistości min. 98%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 8**

Część nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści testy o swoistości 99,1%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

Część nr 2 poz. 14

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 14 dopuści testy o czułości min. 91,4%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

Część nr 1 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). 1. Dotyczy pakietu nr 1. Wymagania graniczne punkt 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek o konstrukcji próbka w próbce z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie nr 11**

Część 1 poz. 1, 5, 18.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie igły motylkowej z zabezpieczeniem, igły systemowej z wizualizacją i zabezpieczeniem zintegrowanej z uchwytem oraz strzykawki do RKZ pochodzących od innych producentów niż pozostały asortyment.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie nr 12**

Część 1 poz. 4, 19.

Czy w przypadku oferowania w poz. 4 zestawu składającego się z igły systemowej z gwintem dla systemów próżniowych, 0,7 – 0,8mm + uchwyty systemowego z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym Zamawiający wyrazi zgodę na rozbieżność w formularzu wiersza nr 4 na 2 osobne wiersze 4 i 4a, w których ofercie będą mogli zaoferować igły systemowe oraz uchwyty z zabezpieczeniem jako osobne pozycje?

Czy w takim przypadku ulegnie modyfikacji wymagana do zaoferowania liczba uchwytów w poz. 19?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13**

Część 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 sterylnej igły systemowej z wizualną kontrolą poprawności wkłucia, z uchwytem posiadającym zabezpieczenie przed zakłuciem dostarczonym osobno?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 14**

Część 1 poz. 6.

Czy w poz. 6 Zamawiający wymaga zaoferowania adapterów Luer, umożliwiających pobranie krwi do próbówki próżniowej, w systemie zamkniętym z kaniuli dożylnych (wenflonów) z końcówką Luer?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 15**

Część 1 poz. 10

Dotyczy Wymagania granicznego nr 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca mógł wykonać zamiennie opisany w wymaganiu audyt, lub raz w roku przeprowadzić na wszystkich oddziałach szpitalnych Zamawiającego (na każdym z osobna) szkolenie z „Dobrej praktyki pobierania krwi”, zgodne z rekomendacjami EFLM i KIDL, oraz dostarczyć na każdy oddział materiały informacyjne ułatwiające personelowi pracę zgodną z rekomendacjami?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy terminu składania ofert

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.**

**Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku  
Paweł Tofil  
/podpisano elektronicznie/**