

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w powyższym postępowaniu.

Dotyczy: Pakiet 7 - pozycja 1

Etykiety dwukrotnie przylepne, dwudzielne bez wskaźnika chemicznego sterylizacji, kompatybilne z posiadanym systemem elektronicznego zarządzania obiegiem materiału sterylnego Proces+ oraz drukarką kodów kreskowych Zebra GK 420t; każda rolka po 1000szt. Etykiet

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu etykiet jak powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności z posiadanym systemem elektronicznego zarządzania PROCES+?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadaną drukarką etykiet (kodów kreskowych), a nie z systemem.

3. Czy Zamawiający zgodziłby się na dostarczenie takiej samej sumarycznej ilości etykiet ale nawiniętych po 1500 sztuk na rolce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Z-ca Dyrektora
lek. med. Lech Litwin (-)