

Bytom dnia: 2022-10-07

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zakup aparatury medycznej tj. Oscylometru z rynomanometre, zestawu do manometrii anorektalnej, aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu urządzenia do terapii wysokoprzepływowej oraz respiratora noworodkowego NCPAP na potrzeby oddziału Klinicznego Pediatrii dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy **40/40PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 2**

Pytanie 1, do pakietu nr 4 – Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4, pkt. 3 urządzenie do terapii wysokoprzepływowej gdzie „regulacja prędkości przepływu gazów jest od 2 do 80 L / min, w trybie niskich przepływów ( o 1l/min)”. Większy przepływ mieszaniny oddechowej zapewnia uzyskanie parametrów oddechowych tj. ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych większego o ok. 2 cm/H2O, a co za tym idzie lepszych możliwości terapeutycznych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający

