

Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku  
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Znak sprawy: Z.II.260.045.Zp.2021

Nisko, 17/11/2021

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

zwana dalej (SWZ)

**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych,  
trokarów i zestawów narzędziowych  
dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

*Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym bez negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż progi unijne.*

Zatwierdzono w dniu:  
17/11/2021

**Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku**

***Paweł Tofil***

*/podpisano elektronicznie/*

**Nisko, Listopad 2021**

## 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680

Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704

Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-nisko.pl

Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem (adres platformy): <https://e-propublico.pl>

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest: w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

## 3. INFORMACJE OGÓLNE

- 3.1. Komunikacja w postępowaniu:

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem: <https://e-propublico.pl> (dalej jako: „Platforma”) i poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@szpital-nisko.pl.

- 3.2. Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- 3.3. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- 3.4. Katalogi elektroniczne:

Zamawiający ☐ wymaga / ☒ nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

- 3.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129).

## 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Zadanie nr:	Opis:
1	<b>Temat:</b> Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych <b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 33162000-3 <b>Opis:</b> Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego <b>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych</b> <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych</b>
2	<b>Temat:</b> Dostawa trokarów <b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 33162000-3 <b>Opis:</b> Dostawa trokarów dla potrzeb Bloku Operacyjnego <b>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych</b> <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych</b>
3	<b>Temat:</b> Dostawa narzędzi laparoskopowych <b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 33162000-3 <b>Opis:</b> Dostawa narzędzi laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego <b>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych</b> <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b>
4	<b>Temat:</b> Dostawa zestawów narzędziowych <b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 33162000-3 <b>Opis:</b> Dostawa zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego <b>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych</b> <b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b>

- 4.2. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
- 4.3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
- 4.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  
Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje przedmiot zamówienia, oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o tych samych lub lepszych parametrach od wymaganych przez zamawiającego.
- 4.5. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4.6. Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

**5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP.**

- 5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

**6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

- 6.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane: W ciągu **6 tygodni** od daty udzielenia zamówienia.

**7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
- 7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1.	<b>Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.</b> O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.	<b>Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.</b> O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.	<b>Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.</b> O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4.	<b>Zdolności techniczna lub zawodowa.</b> O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto minimum 50 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.

**8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA**

- 8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
- 8.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.
- 8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 – 5 i 7 – 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
- 8.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
- 8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## 9. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- 9.1. Do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Wypełniony formularz ofertowy.</b>
2.	<b>Wypełniony formularz cenowy.</b>
3.	<b>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.</b> W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
4.	<b>Pełnomocnictwo.</b> W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.
5.	<b>Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.</b> (Dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
6.	<b>Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.</b> Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
7.	<b>Materiały informacyjne.</b> Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi, itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, oświadczenia i certyfikaty potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. W przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na potwierdzenie parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia.

- 9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Wykaz dostaw lub usług.</b> Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.	<b>Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce</b> zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm) i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. posiada certyfikat CE i deklarację zgodności – dla wyrobów medycznych.

- 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Lp.	Wymagany dokument
1.	<b>Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.</b> Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2.	<b>Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.</b> Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.	<b>Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.</b> Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast „Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

- 9.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
- 9.4. Jeżeli znajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
- 9.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
- 9.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH**

- 10.1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.
- 10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:
  - 1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
    - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
    - b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
    - c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  - 2) złożyć wraz z ofertą „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
  - 3) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 9.2 ppkt 2) SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
- 10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

- 10.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zająd wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **11. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**

- 11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
- 11.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
- 11.3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

## **12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
  - 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
  - 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- 12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

## **13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

- 13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem: **<https://e-propublico.pl>**.
- 13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
- 13.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” – znak sprawy: Z.II.260.045.Zp.2021.
- 13.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej **<https://e-propublico.pl>** oraz uznaje go za wiążący.
- 13.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
- 13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

13.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:

- a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346);
- b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 332).

13.8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
- b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
- c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

13.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

- a) stały dostęp do sieci Internet,
- b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
- c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
- d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
- e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie **.pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml**. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to **80 MB**, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

13.11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

- a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert,
- b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”,
- c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji pliku na Platformie.

13.12. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta „Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

13.13. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.15. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym:

**Maria Paluch** – Kierownik Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni, tel.: (15) 84 16 747

- w zakresie formalnym:

**Piotr Tabor** - specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: (15) 8416 779, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl

#### **14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

- 14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazany za pośrednictwem Platformy (karta „Zapytania/Wyjaśnienia”).
- 14.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.
- 14.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 14.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
- 14.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### **15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

- 15.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

#### **16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **25/12/2021**.
- 16.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 16.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

#### **17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

- 17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 17.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
- 17.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 17.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 17.5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
  - a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane,
  - b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 17.6. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
- 17.7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
- 17.8. Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej:
  - a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu „Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji „Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie „Informacje ogólne”,
  - b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji „Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na



- zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie,
- c) oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie „Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji „Załącz plik” i użycie przycisku „Załącz”,
  - d) jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  - e) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie „Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik” i użycie przycisku „Załącz”,
  - f) potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”,
  - g) ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk „Złóż ofertę”,
  - h) złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.
- 17.9. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji „Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk „Usuń zaznaczone”.
- 17.10. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej <https://e-ProPublico.pl/>, przycisk „Instrukcja Wykonawcy”.
- 17.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 18.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **26/11/2021** do godz. **10:30**.

## **19. TERMIN OTWARCIA OFERT**

- 19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **26/11/2021** o godz. **11:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
- 19.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 19.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

## **20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- 20.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
- 20.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- 20.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 20.4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 20.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
- 20.6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
- 1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
  - 3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
  - 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

## **21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- 21.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	60 %
2.	Warunki płatności	40 %

- 21.2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1.	Cena (koszt) $\text{Liczba punktów} = (\text{Cmin}/\text{Cof}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, - Cof – cena podana w badanej ofercie
2.	Warunki płatności: $\text{Liczba punktów} = (\text{Wof}/\text{Wmax}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: - Wof – najkrótszy termin płatności podany w badanej ofercie - Wmax – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert

**Minimalny termin płatności wynosi: 30 dni od dnia doręczenia faktury.**

**Maksymalny termin płatności wynosi: 60 dni od dnia doręczenia faktury.**

<b>Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów</b>
$= [(\text{Cmin}/\text{Cof}) * 100 * \text{waga}] + [(\text{Wof}/\text{Wmax}) * 100 * \text{waga}]$

- 21.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

- 21.4. Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 21.5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
- 21.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
- 21.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 21.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

## **22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl>.
- 22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

## **23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 23.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
- 23.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- 23.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.
- 23.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy Ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 23.5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 24.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

**25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 25.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 25.2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik niniejszej specyfikacji.

**26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

- 26.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

**27. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

- 27.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

- 28.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
- 28.2. Administratorem Państwa danych jest **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej** 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1, tel.: 15 841 67 03, fax: 15 841 67 04, e-mail: info@szpital-nisko.pl,
- 28.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.zieminski@cbi24.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
- 28.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 28.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 28.6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
- 28.7. Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
- 28.8. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
- 28.9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 28.10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia - prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
  - na podstawie art. 21 Rozporządzenia - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
- 28.11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 28.12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.
- 28.13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 28.14. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
- 28.15. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
- 28.16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 28.17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- 28.18. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Załącznikami do specyfikacji warunków zamówienia są:

Nr	Nazwa załącznika
1.	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Wzór formularza ofertowego
3.	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
4.	Wzór wykazu wykonanych usług lub dostaw
5.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6.	Wzór zobowiązania podmiotów, na których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
7.	Projektowane postanowienia umowy
8.	Wzór formularza cenowego

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Ogólna charakterystyka zamówienia:**

Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

**2. Zakres przedmiotowy:**

**Zadanie nr 1 Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego**

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>ZESTAW NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH PRZEWODOWYCH DO MAŁYCH KOŚCI ORAZ NAPĘDY SZYBKOOBROTOWE DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH</b>			
1.	Mikroprocesorowa konsola zasilająca umożliwiającą sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz – 1 szt.	Tak	
2.	Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak	
3.	Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej $18 \pm 5\%$ cm, min. rozdzielczość 800 x 480 pikseli, min. kąt widzenia 170°, kolor 24-bitowy	Tak	
4.	Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza	Tak	
5.	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów	Tak	
6.	Możliwość zasilania napędów obrotowych (wiertarskich), mikropilek (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych	Tak	
7.	Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów	Tak	
8.	Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych	Tak	
9.	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych oraz wyświetlanie dedykowanego menu	Tak	
10.	Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika)	Tak	
11.	Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo	Tak	
12.	Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania	Tak	
13.	Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędów umożliwiającą dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego	Tak	
14.	Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza	Tak	
15.	Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracującą z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min.	Tak	

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

16.	Zatraskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli	Tak	
17.	Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego	Tak	
18.	Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego	Tak	
19.	Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu	Tak	
20.	Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego	Tak	
21.	Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów	Tak	
22.	Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi	Tak	
23.	Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników	Tak	
24.	Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przedstawicieli handlowych i serwisu	Tak	
25.	Możliwość importu/eksportu ustawień indywidualnych i wizytówek elektronicznych oraz aktualizacji oprogramowania konsoli poprzez wbudowany port USB	Tak	
26.	Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów	Tak	
27.	Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów w zakresie 0,0 – 52,0 ± 5% dBA	Tak	
28.	Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem	Tak	
29.	Gabaryty (szer./wys./głęb.): 320/135/440 ± 5% mm	Tak	
30.	Waga konsoli nieprzekraczająca 7,5 ± 5% kg	Tak	
31.	<b>Pięcioprzyciskowy przewodowy sterownik nożny programowalny – 1 szt.</b>	Tak	
32.	Dwa przyciski główne sterownika nożnego zapewniające płynną regulację obrotów w prawą i lewą stronę oraz oscylacji	Tak	
33.	Długość kabla sterownika nożnego min. 4,8 ± 5% m	Tak	
34.	<b>Przewód sterujący uniwersalny kompatybilny ze wszystkimi oferowanymi mikronapędami przewodowymi – 2 szt.</b>	Tak	
35.	Wtyki przewodu sterującego od strony konsoli oraz napędu w postaci szybkozłączy	Tak	
36.	Długość przewodu sterującego min.: 3,8 ± 5% m	Tak	
37.	Przewód sterujący autoklawowalny	Tak	
<b>NAPĘD WIERTARSKI ORTOPEDYCZNY PRZEWODOWY</b>			
38.	<b>Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1 szt.</b>	Tak	
39.	Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych	Tak	

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

40.	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)	Tak	
41.	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja	Tak	
42.	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)	Tak	
43.	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie	Tak	
44.	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego	Tak	
45.	Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek	Tak	
46.	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1 500 ± 5% obr/min.	Tak	
47.	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 500 ± 5% obr/min.	Tak	
48.	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 1,59 ± 5% Nm	Tak	
49.	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 4,17 ± 5% Nm	Tak	
50.	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak	
51.	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak	
52.	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem	Tak	
53.	Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4,5 ± 5% mm	Tak	
54.	Zatrząskowy montaż nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi	Tak	
55.	Napięcie zasilania napędu: 40V DC	Tak	
56.	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris	Tak	
57.	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C	Tak	
58.	Waga napędu nieprzekraczająca 550 ± 5% g	Tak	
59.	Współpraca z min. 20 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną	Tak	
<b>NASADKI DO NAPĘDU WIERTARSKIEGO PRZEWODOWEGO</b>			
60.	<b>Nasadka do drutów Kirschnera (uniwersalna) z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0,7 – 3,2 mm – 1 szt.</b>	Tak	
61.	Nasadki do drutów Kirschnera posiadające mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki	Tak	
62.	<b>Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6,6 ± 5% mm -1 szt.</b>	Tak	
63.	<b>Nasadka wiertarska z gniazdem zatrząskowym typu mały AO – 1 szt.</b>	Tak	



<b>ZESTAW MIKRONAPĘDÓW PIÓROWYCH PRZEWODOWYCH</b>			
64.	<b>Mikropiła strzałkowa – 1 szt.</b>	Tak	
65.	Częstotliwość oscylacji mikropiły strzałkowej min.: 25 000 cykli/min.	Tak	
66.	Możliwość ustawienia głowicy mikropiły strzałkowej w 8 pozycjach (zakres 360°)	Tak	
67.	Skok ostrza (wychylenie katowe) głowicy mikropiły strzałkowej: 5° ± 5%	Tak	
68.	Możliwość ustawienia ostrza w głowicy mikropiły strzałkowej w min. 5 pozycjach (zakres 180°)	Tak	
69.	Wymiana ostrzy w głowicy mikropiły strzałkowej za pomocą szybkozłączki	Tak	
70.	Dostępnych ponad 80 ostrzy o różnej geometrii do mikropiły strzałkowej	Tak	
71.	Waga mikropiły strzałkowej nieprzekraczająca 168 ± 5% g	Tak	
72.	<b>Sterownik ręczny uniwersalny kompatybilny z wszystkimi oferowanymi mikronapędami piórowymi – 1 szt.</b>	Tak	
73.	Zatrząskowy montaż sterownika ręcznego na korpusie mikronapędów piórowych	Tak	
74.	Sterownik ręczny wyposażony w blokadę uruchomienia napędu	Tak	
75.	Sterownik ręczny wyposażony w dźwignię teleskopową o zakresie wysunięcia min. 45 ± 5% mm	Tak	
<b>NAPĘDY SZYBKOOBROTOWE DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH – 1 szt.</b>			
76.	Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie	Tak	
77.	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak	
78.	Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały)	Tak	
79.	Maksymalna prędkość obrotowa: 75 000 obr./min	Tak	
80.	Maksymalny moment obrotowy 38,85 Nm	Tak	
81.	Maksymalna moc: 350W	Tak	
82.	Obroty wiercenia: lewo i prawo	Tak	
83.	Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa	Tak	
84.	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak	
85.	Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem	Tak	
86.	Długości kabla zasilającego napęd 4,6 m	Tak	
87.	Średnica kabla zasilającego napęd 5,7 mm	Tak	
88.	Waga napędu wraz z przewodem 400g	Tak	
89.	Długość korpusu napędu 109 mm	Tak	
90.	Średnica obudowy napędu 17mm	Tak	
91.	Współpraca z 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem	Tak	

92.	Zatraskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi	Tak	
93.	Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego	Tak	
94.	Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi	Tak	
<b>REDUKTOR DO TREPANACJI – 1 szt.</b>			
95.	Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów min. 60:1	Tak	
96.	Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson	Tak	
97.	Możliwość programowego ograniczenia max. obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanacji w profilu użytkownika konsoli sterującej	Tak	
98.	Jednorazowe ostrze trepanu - 4 szt.	Tak	
<b>KRANIOTOM 16 mm OBROTOWY – 1 szt.</b>			
99.	Nasadka obrotowa do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16 mm	Tak	
100.	Zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej	Tak	
101.	Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego	Tak	
102.	Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu	Tak	
103.	Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym	Tak	
104.	Jednorazowe ostrze kraniotomu - 4 szt.	Tak	
<b>POJEMNIK DO AUTOMATYCZNEGO MYCIA I STERYLIZACJI ZESTAWU NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH PRZEWODOWYCH</b>			
105.	Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do zestawu napędów ortopedycznych przewodowych wraz z akcesoriami – 1 szt.	Tak	
106.	Kaseta sterylizacyjna wykonana ze stali, z miejscem do ułożenia wszystkich elementów zestawu neurochirurgicznego przeznaczonych do sterylizacji – 1 szt.	Tak	
107.	Tace sterylizacyjne wyposażone w dedykowane przedziały dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu	Tak	
<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>			
108.	Paszport techniczny urządzenia	Tak	
109.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
110.	Okres gwarancji na napędy wraz z nasadkami min. 24 m-ce	Tak	
111.	Karta gwarancyjna	Tak	

112.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie – max. 48 godz.	Tak	
113.	Czas naprawy uszkodzenia do 5 dni roboczych, (w przypadku konieczności sprowadzenia części – max 10 dni roboczych) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego	Tak	
114.	Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji	Tak	

**Zadanie nr 2 Dostawa trokarów dla potrzeb Bloku Operacyjnego**

<b>ZADANIE NR 2</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>
1.	Wielorazowy trokar laparoskopowy o średnicy 11 mm, z mechanizmem dźwigni otwierającym kłapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO <sub>2</sub> , posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, shaft gładki długość 100 mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych	1 szt.
2.	Wielorazowy obturator bezpieczny o średnicy 11 mm, zabezpieczający przed ponownym niekontrolowanym wysunięciem, z chowanym ostrzem po przecięciu powłok, mechanizm zabezpieczający uruchamiany za pomocą czarnego oringu, do zastosowania z trokarem o średnicy 11 mm i długości roboczej 100 mm	1 szt.
3.	Wielorazowa redukcja laparoskopowa 11 mm / 5 mm, przesuwana	2 szt.
4.	Igła punkcyjna do laparoskopii do nakłuwania i iniekcji z adapterem Luer-Lock, średnica 5 mm, długość igły 20 mm, długość robocza 330 mm, średnica igły 1,8 mm	2 szt.
5.	Komplet uszczelek do trokara 11 mm, opakowanie 3 szt. (niebieska uszczelka kapturek, niebieska uszczelka pod kłapkę i uszczelka typu o-ring)	10 op.

**Zadanie nr 3 Dostawa narzędzi laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego**

<b>ZADANIE NR 3</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>
1.	Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm	1 szt.
2.	Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające łezkowe, długość szczęk 21 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm,	1 szt.
3.	Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm	1 szt.
4.	Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm	1 szt.
5.	Trzonek/tubus monopolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm	5 szt.
6.	Uchwyt do narzędzi, monopolarny bez zamka, rozmiar L	3 szt.
7.	Uchwyt do narzędzi, z zamkiem, rozmiar L	2 szt.
8.	Wkład do narzędzi typu claw, średnica 10 mm, długość 330 mm	1 szt.
9.	Płaszcz, średnica 10 mm, długość 330 mm, izolowany	1 szt.
10.	Uchwyt do tuby ssąco-płuczającej z dźwignią (bez wymiennego wkładu)	1 szt.
11.	Światłowod dla endoskopów/optyk o średnicach większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, waga 323g, typ CF	1 szt.
12.	Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, długość robocza 316 mm; autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery. W zestawie kontener do sterylizacji	1 szt.
13.	Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm	1 szt.
14.	Elektroda HF, hakowa, z kanałem ssącym, twarda izolacja końcówki dystalnej, rozmiar 5 mm, długość 330 mm	1 szt.

**Zadanie nr 4 Dostawa zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego**

<b>ZADANIE NR 4</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>
<b>ZESTAW DO KOLANA – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier długość 265 mm odgięte, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 1,25 mm, długość 240 mm	2 szt.
3.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner, proste, 1 x 2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	1 szt.
4.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 225 mm	2 szt.
5.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 185 mm	2 szt.
6.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
7.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
8.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	2 szt.
9.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
10.	Nożyczki preparacyjne odgięte typu Metzenbaum, długość 200 mm, końce tępo tępe	1 szt.
11.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 165 mm	1 szt.
12.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 180 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem	2 szt.
13.	Hak operacyjny typu Us-Army, długość 220 mm dwustronny, wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15	1 szt.
14.	Hak operacyjny typu Langenbeck, wymiary części roboczej 55 x 20 mm, długość 220 mm	2 szt.
15.	Hak operacyjny typu Langenbeck, wymiary części roboczej 64 x 20 mm, długość 210 mm	1 szt.
16.	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 37 x 37 mm, długość 240 mm	1 szt.
17.	Hak operacyjny typu Kocher jednozębny, ostry, długość 220 mm	1 szt.
18.	Hak operacyjny typu Kocher jednozębny, tępy, długość 220 mm	1 szt.
19.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
20.	Hak operacyjny typu Kocher dwuzębny, półostry, 16 x 9 mm, długość 220 mm	1 szt.
21.	Odgryzacz kostny typu Luer zakrzywiony, szerokość szczęki 5,5 mm, długość 180 mm	1 szt.
22.	Raspator typu Lambotte, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 215 mm	1 szt.
23.	Kleszcze chwytające do łąkotki typu Bircher zakrzywione, końcówka robocza 3 x 4 zęby, długość 200 mm	1 szt.
24.	Kleszcze chwytające do chrząstek typu Bricher-Ganske zakrzywione, długość 200 mm	1 szt.
25.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany z uchwytami i nóżkami, wymiary 406 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW DO BIODRA – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier długość 265 mm odgięte, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 1,25 mm, długość 240 mm	4 szt.
3.	Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner proste, 1 x 2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	2 szt.
4.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	2 szt.
5.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 185 mm	2 szt.
6.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	2 szt.
7.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	1 szt.
8.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	1 szt.
9.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
10.	Nożyczki preparacyjne odgięte typu Nelson Metzenbaum, długość 230 mm, końce tępo tępe	1 szt.
11.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 165 mm	1 szt.
12.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo długość 200mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem	1 szt.
13.	Hak operacyjny typu Us-Army, długość 220 mm, dwustronny, wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15	1 szt.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

14.	Raspator typu Lambotte, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 215 mm	1 szt.
15.	Odgryzacz kostny typu Leksell z podwójną przekładnią, wymiary części roboczej 5 x 16 mm, długość 245 mm	1 szt.
16.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 20 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
17.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 200 mm	1 szt.
18.	Podważka kostna typu Hohmann, tępa, szerokość 17 mm, długość 240 mm	1 szt.
19.	Podważka kostna typu Hohmann, ostra, szerokość 17 mm, długość 240 mm	1 szt.
20.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami wymiary 406 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265 mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 180 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem	1 szt.
3.	Imadło chirurgiczne typu Crile-Wood, szczęki proste, z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0-6/0, długość 185 mm	1 szt.
4.	Nożyczki preparacyjne typu Mayo odgięte, długość 200 mm, ostrza tępo tępe	1 szt.
5.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 165 mm	1 szt.
6.	Nożyczki preparacyjne odgięte typu Metzenbaum, długość 200 mm, końce tępo tępe	1 szt.
7.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
8.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 200 mm	2 szt.
9.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	1 szt.
10.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	1 szt.
11.	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 37 x 37 mm, długość 240 mm	1 szt.
12.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner zakrzywione 1 x 2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	4 szt.
13.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 140 mm	2 szt.
14.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 185 mm	2 szt.
15.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	2 szt.
16.	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Birkett proste, długość 180 mm, skok ząbków 0,6 mm	2 szt.
17.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	2 szt.
18.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
19.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 225 mm	2 szt.
20.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner zakrzywione, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 185 mm	4 szt.
21.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	2 szt.
22.	Kleszcze jajnikowe szczęki z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey, szerokość części roboczej 21 mm, proste, długość 250 mm	8 szt.
23.	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, długość maksymalna 360 mm, figura 1, tępa, szerokość 34,5 mm, szyjka sztywna	1 szt.
24.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany z uchwytami i nóżkami wymiary 406 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW DO KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265 mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
3.	Raspator typu Lambotte, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 215 mm	1 szt.
4.	Skrobaczka kostna do żeber typu Doyen dla dorosłych prawa, szerokość ostrza 5,5 mm, długość 175 mm	1 szt.
5.	Skrobaczka kostna do żeber typ Doyen dla dorosłych lewa, szerokość ostrza 5,5 mm, długość 175 mm	1 szt.
6.	Dźwignia kostna typu Langenbeck, szerokość 11 mm, długość 230 mm	1 szt.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapedów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

7.	Nożyczki naczyniowe Typu Potts-Smith zagięte pod kątem 60°, jedno ostrze zakończone kulką, długość 190 mm	1 szt.
8.	Nożyczki preparacyjne czarne odgięte, długość 115 mm, ostrza tępo tępe, utwardzone, z twardą wkładką, złote ucha	1 szt.
9.	Hak operacyjny typu Kocher, jednozębny, ostry długość 220 mm	1 szt.
10.	Hak operacyjny typu Kocher, jednozębny, tępy długość 220 mm	1 szt.
11.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 1,25 mm, długość 240 mm	1 szt.
12.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 225 mm	1 szt.
13.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 200 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem	1 szt.
14.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	1 szt.
15.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	1 szt.
16.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 180 mm	1 szt.
17.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 165 mm	1 szt.
18.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
19.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
20.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
21.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami, wymiary 540 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW DO TRACHEOSTOMII – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Uchwyt skalpela numer 3, długość 125 mm	1 szt.
3.	Disektor i retraktor migdałkowy typu Hurd, szerokość disektora 10 mm, szerokość retraktora 13 mm, długość 215 mm	1 szt.
4.	Raspator typu Langenbeck zakrzywiony, ostry, szerokość części roboczej 17 mm, długość całkowita 190 mm	1 szt.
5.	Hak operacyjny typu Middeldorpf mały, wymiary części roboczej 15 x 15 mm, długość 220 mm	1 szt.
6.	Hak operacyjny typu Middeldorpf średni, wymiary części roboczej 20 x 22 mm, długość 215 mm	1 szt.
7.	Hak operacyjny typu Volkmann dwuzębny, półostrzy 8,5 x 8 mm, długość 220 mm	1 szt.
8.	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Heiss odgięte, długość 200 mm, skok ząbków 0,7 mm	1 szt.
9.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami, wymiary 243 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW DO ŻYLAKÓW – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265 mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Imadło chirurgiczne typu Crile-Wood, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0-6/0, długość 185 mm	1 szt.
3.	Uchwyt skalpela numer 3, długość 125 mm	1 szt.
4.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
5.	Hak operacyjny typu Baby-Seen-Miller, długość 155 mm, dwustronny, 3 zębny, tępy, szerokość 8 mm, łopata: szerokość 7 mm, długość 24 mm	2 szt.
6.	Rozwieracz typu Weitlaner, półostrzy, 3 x 4 zęby, długość całkowita 195 mm	1 szt.
7.	Hak operacyjny typu Us-Army, długość 220 mm, dwustronny, wymiary łezek 26x15/43x15-22x15/39x15	1 szt.
8.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	2 szt.
9.	Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta, długość 180 mm	1 szt.
10.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 180 mm	1 szt.
11.	Kleszczyki naczyniowe typu Mikro-Halsted zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,5 mm, długość 125 mm	4 szt.
12.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer figura 0 zakrzywione, długość 195 mm	1 szt.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

13.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
14.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
15.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	1 szt.
16.	Nożyczkę preparacyjną odgiętą typu Metzenbaum, długość 180 mm, końce tępo tępe	1 szt.
17.	Nożyczkę chirurgiczną odgiętą, tępo ostre, długość 145 mm	1 szt.
18.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 185 mm	2 szt.
19.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
20.	Haczyk żylny typu Varady (część pracująca zgięta z oliwką i prosta), długość 180 mm	1 szt.
21.	Hak operacyjny typ Richardson, wymiary części roboczej 37 mm x 37 mm, długość 240 mm	1 szt.
22.	Metalowa końcówka sondy Nabatoff, średnica 3 mm	1 szt.
23.	Oliwka Nabatoff, średnica 6 mm	1 szt.
24.	Oliwka Nabatoff, średnica 9 mm	1 szt.
25.	Oliwka rozszerzadła do żył, średnica 12 mm	1 szt.
26.	Oliwka rozszerzadła do żył, średnica 15 mm	1 szt.
27.	Uchwyt rozszerzadła do żył (rączka)	1 szt.
28.	Cięgno do rozszerzadła do żył, długość 1 mm	1 szt.
29.	Stalowe pudełko z uchwytami do przechowywania cięgna, rączki oraz oliwek do żył	1 szt.
30.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami, wymiary 406 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW BRZUSZNY – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265 mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 1,25 mm, długość 240 mm	4 szt.
3.	Uchwyt skalpela numer 3, długość 125 mm	1 szt.
4.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
5.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner zakrzywione, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 185 mm	6 szt.
6.	Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 225 mm	1 szt.
7.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	1 szt.
8.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Mixter zakrzywione, długość 205 mm	1 szt.
9.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt delikatne figura 2 zakrzywione, długość 220 mm	1 szt.
10.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer figura 0 zakrzywione, długość 195 mm	1 szt.
11.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer figura 1 zakrzywione, długość 205 mm	1 szt.
12.	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Heiss odgięte, długość 200 mm, skok ząbków 0,7 mm	1 szt.
13.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	1 szt.
14.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
15.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione, skok ząbków 0,7 mm, długość 140 mm	2 szt.
16.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	2 szt.
17.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	2 szt.
18.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	4 szt.
19.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 185 mm	2 szt.
20.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
21.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile proste delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
22.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile proste, skok ząbków 0,7 mm, długość 140 mm	2 szt.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapedów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

23.	Kleszcze jelitowe typu Allis proste, 4 x 5 zębki, długość 155 mm	2 szt.
24.	Łyżka do kamieni żółciowych typu Luer-Korte figura 2, szerokość 6,7 mm, szyjka giętka, długość 310 mm	1 szt.
25.	Kleszcze do kamieni żółciowych typu Desjardins, długość 225 mm	1 szt.
26.	Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych smukłe, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,2 mm do nici 6/0-10/0, długość 230 mm	1 szt.
27.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo-Seeley, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0, długość 205 mm	1 szt.
28.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 180 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem	1 szt.
29.	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum odgięte, długość 200 mm, końce tępo tępe	1 szt.
30.	Nożyczki do ligatury odgięte, długość 230 mm, ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym, złote ucha	1 szt.
31.	Nożyczki preparacyjne typu Nelson Metzenbaum odgięte, długość 230 mm, końce tępo tępe	1 szt.
32.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 145 mm	1 szt.
33.	Nożyczki preparacyjne typu Mayo- Stille proste, długość 170 mm, ostrza tępo tępe	1 szt.
34.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 200 mm	2 szt.
35.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 180 mm	2 szt.
36.	Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey prosta, szerokość szczęki 2 mm, długość 200 mm	1 szt.
37.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 zębki, długość 200 mm	1 szt.
38.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 zębki, długość 145 mm	2 szt.
39.	Hak operacyjny typu Us-Army, długość 220 mm, dwustronny, wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15	1 szt.
40.	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 37 mm x 37 mm, długość 240 mm	2 szt.
41.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 180 mm x 50 mm, długość 260 mm	2 szt.
42.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 155 mm x 50 mm, długość 250 mm	1 szt.
43.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 91 mm x 35 mm, długość 240 mm	1 szt.
44.	Łyżka jelitowo-brzuszna typu Koerte, szerokość 46 mm, długość 300 mm	2 szt.
45.	Kleszcze hemoroidalne, długość 230 mm, proste, szerokość okienka 17 mm	2 szt.
46.	Hak operacyjny - brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80 mm x 42 mm, długość 250 mm	1 szt.
47.	Hak operacyjny - brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80 mm x 50 mm, długość 250 mm	1 szt.
48.	Hak operacyjny - brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80 mm x 60 mm, długość 250 mm	1 szt.
49.	Łyżka jelitowa i brzuszna giętka, szerokość 40 mm, długość 330 mm	1 szt.
50.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami, wymiary 540 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>ZESTAW BRZUSZNY – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265 mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 1,25 mm, długość 240 mm	4 szt.
3.	Uchwyt skalpela numer 3, długość 125 mm	1 szt.
4.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
5.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner zakrzywione, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 zębki, długość 185 mm	6 szt.
6.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 225 mm	1 szt.
7.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	1 szt.
8.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Mixter zakrzywione, długość 205 mm	1 szt.
9.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt delikatne figura 2 zakrzywione, długość 220 mm	1 szt.
10.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer figura 0 zakrzywione, długość 195 mm	1 szt.



**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

11.	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer figura 1 zakrzywione, długość 205 mm	1 szt.
12.	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Heiss odgięte, długość 200 mm, skok ząbków 0,7 mm	1 szt.
13.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	1 szt.
14.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
15.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione, skok ząbków 0,7 mm, długość 140 mm	2 szt.
16.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	2 szt.
17.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	2 szt.
18.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 200 mm	4 szt.
19.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 185 mm	2 szt.
20.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	2 szt.
21.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile proste delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
22.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile proste, skok ząbków 0,7 mm, długość 140 mm	2 szt.
23.	Kleszcze jelitowe typu Allis proste, 4 x 5 ząbki, długość 155 mm	2 szt.
24.	Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych smukłe, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,2 mm do nici 6/0-10/0, długość 230 mm	1 szt.
25.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo-Seeley, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0, długość 205 mm	1 szt.
26.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 180 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem	1 szt.
27.	Nożyczki preparacyjne odgięte typu Metzenbaum, długość 200 mm, końce tępo tępe	1 szt.
28.	Nożyczki do ligatury odgięte, długość 230 mm, ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym, złote ucha	1 szt.
29.	Nożyczki preparacyjne typu Nelson Metzenbaum odgięte, długość 230 mm, końce tępo tępe	1 szt.
30.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 145 mm	1 szt.
31.	Nożyczki preparacyjne typu Mayo- Stille proste, długość 170 mm, ostrza tępo tępe	1 szt.
32.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 200 mm	2 szt.
33.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 180 mm	2 szt.
34.	Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey prosta, szerokość szczęki 2 mm, długość 200 mm	1 szt.
35.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	1 szt.
36.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 145 mm	2 szt.
37.	Hak operacyjny typu Us-Army, długość 220 mm, dwustronny, wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15	1 szt.
38.	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 37 mm x 37 mm, długość 240 mm	2 szt.
39.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 180 mm x 50 mm, długość 260 mm	2 szt.
40.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 155 mm x 50 mm, długość 250 mm	1 szt.
41.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 91 mm x 35 mm, długość 240 mm	1 szt.
42.	Łyżka jelitowo-brzuszną typu Koerte, szerokość 46 mm, długość 300 mm	2 szt.
43.	Kleszcze hemoroidalne, długość 230 mm, proste, szerokość okienka 17 mm	2 szt.
44.	Hak operacyjny - brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80 mm x 42 mm, długość 250 mm	1 szt.
45.	Hak operacyjny - brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80 mm x 50 mm, długość 250 mm	1 szt.
46.	Hak operacyjny - brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80 mm x 60 mm, długość 250 mm	1 szt.
47.	Łyżka jelitowa i brzuszna, giętka, szerokość 40 mm, długość 330 mm	1 szt.
48.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami, wymiary 540 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.

<b>ZESTAW URAZOWY – 1 KOMPLET</b>		
1.	Kleszcze do materiałów opatrunkowych typu Maier odgięte, długość 265 mm, szerokość szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm	1 szt.
2.	Uchwyt skalpela numer 4, długość 135 mm	1 szt.
3.	Raspator typu Lambotte, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 215 mm	1 szt.
4.	Dźwignia kostna typu Langenbeck, szerokość 11 mm, długość 230 mm	1 szt.
5.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
6.	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum odgięte, długość 180 mm, końce tępe	1 szt.
7.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 145 mm	1 szt.
8.	Hak operacyjny typu Kocher dwuzębny, półostry, 16 mm x 9 mm, długość 220 mm	1 szt.
9.	Hak operacyjny typu Volkmann dwuzębny, półostry, 8,5 mm x 8 mm, długość 220 mm	1 szt.
10.	Hak operacyjny typu Us-Army, długość 220 mm, dwustronny, wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15	1 szt.
11.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 180 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem	1 szt.
12.	Hak operacyjny typu Kocher, jednozębny, ostry, długość 205 mm	1 szt.
13.	Hak operacyjny typu Kocher, jednozębny, tępy, długość 220 mm	1 szt.
14.	Odgryzacz kostny typu Luer zakrzywiony, szerokość szczęki 5,5 mm, długość 180 mm	1 szt.
15.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile proste delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
16.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	2 szt.
17.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 145 mm	2 szt.
18.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 145 mm	1 szt.
19.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 160 mm	1 szt.
20.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 200 mm	1 szt.
21.	Kosz wykonany z jednego arkusza stali, perforowany, z uchwytami i nóżkami, wymiary 243 mm x 253 mm x 76 mm	1 szt.
<b>NARZĘDZIA DODATKOWE</b>		
1.	Kleszcze do cięcia kości typu Liston zakrzywione, z podwójną przekładnią, długość 280 mm	1 szt.
2.	Odgryzacz kostny typu Leksell z podwójną przekładnią, wymiary części roboczej 3 mm x 16 mm, długość 245 mm	1 szt.
3.	Odgryzacz kostny typu Leksell z podwójną przekładnią, wymiary części roboczej 5 mm x 16 mm, długość 245 mm	1 szt.
4.	Odgryzacz kostny typu Luer zakrzywiony, szerokość szczęki 3,8 mm, długość 180 mm	2 szt.
5.	Odgryzacz kostny typu Boehler zakrzywiony, z podwójną przekładnią, szerokość części roboczej 5 mm, długość całkowita 160 mm	2 szt.
6.	Młotek: waga głowy 380 g, waga całkowita 637 g, średnica 34 mm, długość 240 mm	1 szt.
7.	Raspator typu Lambotte, szerokość części roboczej 20 mm, długość całkowita 215 mm	2 szt.
8.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 20 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
9.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
10.	Pilnik kostny, kształt bagietowy, szczeka półokrągła z obu stron ząbkowana, szerokość 13 mm, długość całkowita 240 mm	1 szt.
11.	Nożyczki opatrunkowe typu Lister odgięte, długość 200 mm, jedno ostrze z kulką	1 szt.
12.	Rozwieracz do ran typu Travers, 4 x 5 zębów, szerokość 27,5 mm, zęby tępe, długość 215 mm	1 szt.
13.	Hak operacyjny typu Baby-Seen-Miller, długość 155 mm, dwustronny, 3 zębny, tępy, szerokość 8 mm, łopata: szerokość 7 mm, długość 24 mm	2 szt.
14.	Hak brzuszny typu Mikulicz, wymiary części roboczej 86 mm x 55 mm, długość 255 mm	1 szt.
15.	Kleszcze do chwytania kostek, obie końcówki ostre z ogranicznikiem długość 210 mm	1 szt.
16.	Kleszcze do trzymania kości typu Dingmann zakrzywione w bok, długość 185 mm	1 szt.
17.	Kościotrzymacz typu Kern-Lane bez zapadki, szerokość części roboczej 9 mm, długość całkowita 240 mm	1 szt.
18.	Kościotrzymacz typu Kern-Lane z zapadką, szerokość części roboczej 9 mm, długość całkowita 240 mm	1 szt.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

19.	Kościotrzymacz typu Hey-Grooves ze śrubą blokującą, szerokość części roboczej 6,5 mm, długość całkowita 210 mm	1 szt.
20.	Kościotrzymacz typu Verbrugge mały, zakrzywiony w bok, z zamkiem, szerokość części roboczej 5 mm, długość całkowita 175 mm	1 szt.
21.	Sonda rowkowa typu Nelaton zakrzywiona, długość 160 mm	1 szt.
22.	Osteotom typu Stille prosty, szerokość części roboczej 10 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
23.	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Noble proste, długość 170 mm, ostrza tępo tępe, szerokie	1 szt.
24.	Raspator łyżkowy typu Mannerfelt modyf. mały, prosty, ostry, szerokość części roboczej 4 mm, długość całkowita 155 mm	1 szt.
25.	Hak operacyjny typu Mathieu, długość 200 mm, dwustronny, wymiary łyżek 47x13/45x25-41x13/37x25	1 szt.
26.	Osteotom typu Stille, prosty, szerokość części roboczej 8 mm, długość całkowita 205 mm	1 szt.
27.	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, długość 185 mm	1 szt.
28.	Hak operacyjny typu Langenbeck, wymiary części roboczej 55 mm x 20 mm, długość 220 mm	1 szt.
29.	Hak operacyjny typu Langenbeck, wymiary części roboczej 64 mm x 20 mm, długość 210 mm	1 szt.
30.	Igła z kulką do płukania o długości 95 mm, średnica 1,2 mm	2 szt.
31.	Kaniula irygacyjna typu Hajek, średnica końcówki 3,5 mm, długość 165 mm	1 szt.
32.	Zacisk naczyniowy bulldog typu Johns-Hopkins zakrzywiony, długość szczęki 17 mm, długość całkowita 48 mm	2 szt.
33.	Zacisk naczyniowy bulldog typu Johns-Hopkins zakrzywiony, długość szczęki 25 mm, długość całkowita 56 mm	2 szt.
34.	Nożyczki preparacyjne typu Baby-Metzenbaum odgięte delikatne, długość 145 mm, ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką, złote ucha	2 szt.
35.	Nożyczki preparacyjne delikatne odgięte typu Metzenbaum (Baby) długość 145 mm, końce tępo tępe	2 szt.
36.	Kleszczyki do opatrunków proste typu Foersterballenger, długość 245mm, z zamkiem, szerokość oczka 13,5 mm, szczęki ząbkowane, skok ząbka 1,75 mm	4 szt.
37.	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum odgięte, długość 180 mm, końce tępo tępe	2 szt.
38.	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Stille proste, długość 170 mm, ostrza tępo tępe	2 szt.
39.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 145 mm	2 szt.
40.	Imadło chirurgiczne typu Crile-Wood, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0-6/0, długość 185 mm	2 szt.
41.	Kaniula irygacyjna typu Hajek, średnica końcówki 3,5 mm, długość 165 mm	1 szt.
42.	Zacisk naczyniowy bulldog typu Johns-Hopkins zakrzywiony, długość szczęki 17 mm, długość całkowita 48 mm	2 szt.
43.	Zacisk naczyniowy bulldog typu Johns-Hopkins zakrzywiony, długość szczęki 25 mm, długość całkowita 56 mm	2 szt.
44.	Nożyczki preparacyjne typu Baby-Metzenbaum odgięte delikatne, długość 145 mm, ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką, złote ucha	2 szt.
45.	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum (Baby) delikatne odgięte, długość 145 mm, końce tępo tępe	2 szt.
46.	Kleszczyki do opatrunków typu Foersterballenger proste, długość 245 mm, z zamkiem, szerokość oczka 13,5 mm, szczęki ząbkowane, skok ząbka 1,75 mm	4 szt.
47.	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum odgięte, długość 180 mm, końce tępo tępe	2 szt.
48.	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Stille proste, długość 170 mm, ostrza tępo tępe	2 szt.
49.	Nożyczki chirurgiczne odgięte, tępo ostre, długość 145 mm	2 szt.
50.	Imadło chirurgiczne typu Crile-Wood, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0-6/0, długość 185 mm	2 szt.
51.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile zakrzywione, skok ząbków 0,7 mm, długość 140 mm	4 szt.
52.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 160 mm	4 szt.
53.	Kleszczyki naczyniowe typu Crile proste delikatne, skok ząbków 0,7 mm, długość 160 mm	4 szt.
54.	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 185 mm	4 szt.
55.	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Birkett proste, długość 180 mm, skok ząbków 0,6mm	4 szt.
56.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, smukły model, skok ząbków 0,7 mm, długość 140 mm	4 szt.
57.	Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 140 mm	4 szt.

58.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, 1 x 2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	4 szt.
59.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner proste, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 185 mm	4 szt.
60.	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner zakrzywione, 1 x 2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm, długość 240 mm	4 szt.
61.	Pinceta chirurgiczna standard prosta, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, długość 145 mm	10 szt.
62.	Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta, długość 180 mm	4 szt.
63.	Pinceta anatomiczna standard prosta, długość 145 mm	4 szt.
64.	Końcówka sondy metalowa, średnica 3 mm	2 szt.
65.	Oliwka Nabatoff, średnica 6 mm	2 szt.
66.	Oliwka Nabatoff, średnica 9 mm	2 szt.
67.	Oliwka rozszerzadła do żył, średnica 12mm	2 szt.
68.	Oliwka rozszerzadła do żył, średnica 15mm	2 szt.
69.	Uchwyt rozszerzadła do żył (rączka)	2 szt.
70.	Cięgno do rozszeźadła do żył, długość 1 mm	2 szt.
71.	Stalowe pudełko z uchwytami do przechowywania cięgna, rączki oraz oliwek do żył	2 szt.
72.	Podważka kostna typu Hohmann, tępą, szerokość 17 mm, długość 240 mm	2 szt.

Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm, a dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 241 mm +/- 5 mm. Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ na podstawie firmowych materiałów informacyjnych producenta.

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Wszystkie narzędzia nowe i nieużywane, rok produkcji 2020 lub 2021	Tak	
2.	Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), odcenowane (nr katalogowym, nazwą producenta)	Tak	
3.	Narzędzia wykonane przed producenta w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonym zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 – dołączyć do oferty certyfikaty Producenta narzędzi oraz niezależnych jednostek notyfikujących (dotyczy certyfikatu ISO)	Tak	
4.	Oświadczenie producenta dotyczące wykonania pasywacji wraz z opisem procesu – dołączyć do oferty	Tak	
5.	Oświadczenie producenta dotyczące spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 – dołączyć do oferty	Tak	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać
6.	Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złączenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni – potwierdzić dokumentami firmowymi. Serwis powinien posiadać min. park maszynowy w postaci: szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie galwaniczne do złączenia, mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy. Serwis certyfikowany normami: ISO9001 2011 i ISO EN 13485, podać dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski – poświadczenie certyfikatem Producenta	Tak	
7.	Parametry oferowanych narzędzi potwierdzone oryginalnym katalogiem lub jego kopią (strony prezentujące wyrób). Certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii – dołączyć do oferty	Tak	
8.	Narzędzia oznaczone kodem Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy (kod kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie pozwalające na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod wykorzystywany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach. Dopuszczalne nie oznakowanie na narzędziach na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu	Tak	
9.	Informacja producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych zawierająca zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych Grupy narzędzi: Haki operacyjne, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, klemy, sztance, imadła bez twardej wkładki, min. 42 – 47 HRC Nożyczki bez twardej wkładki, dłuta, min. 50 – 57 HRC Nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka, min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC	Tak	
10.	Kleszczyki opatrunkowe oraz opinania serwet pola operacyjnego, akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki ), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne, min. 42-48 oraz 52-58 HRC Mikro-instrumenty, min. 42 – 47 HRC Imadła z twardą wkładką – min. 42-47 HRC (twarda wkładka 1600-1800 HV		

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**  
**Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych**  
**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Podać
11.	Wszystkie narzędzia posiadają możliwość mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH) – dołączyć do oferty oświadczenie Producenta narzędzi	Tak	
12.	Wszystkie narzędzia posiadają możliwość dezynfekcji (temperaturowej i chemicznej) środkami dopuszczonymi przez PZH – dołączyć do oferty oświadczenie Producenta narzędzi	Tak	
13.	Wszystkie narzędzia posiadają możliwość sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze 134°C i niskotemperaturowej dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma – dołączyć do oferty oświadczenie Producenta narzędzi	Tak	
14.	Wykonawca będzie zobowiązany do przeglądu na własny koszt w siedzibie Zamawiającego narzędzi chirurgicznych, które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo- jakościowej zestawów chirurgicznych.	Tak	
15.	Szkolenie z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w COI zgodnie z obowiązującymi normami - obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera.	Tak	

## WZÓR FORMULARZA OFERTY

**Wykonawca:**

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Zamawiający:**

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku  
ul. Kościuszki 1  
37-400 Nisko**

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji znak Z.II.260.045.Zp.2021 ogłoszonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu \_\_/\_\_/2021 pozycja \_\_\_\_\_ oraz na oraz na Platformie działającej pod adresem <https://e-propublico.pl/> na: „Dostawę systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” oferujemy realizację dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: \_\_\_\_\_ zł (bez VAT), słownie: \_\_\_\_\_  
Cena brutto (z VAT) \_\_\_\_\_ zł, słownie: \_\_\_\_\_

<b>ZADANIE NR 1</b>	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
<b>ZADANIE NR 2</b>	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
<b>ZADANIE NR 3</b>	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:
<b>ZADANIE NR 4</b>	Cena netto (bez VAT):	zł	słownie:
	Cena brutto (z VAT):	zł	słownie:

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi do 60 dni, tj. \_\_\_\_\_ dni od daty dostarczenia faktury.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia tj. do dnia: \_\_\_\_\_.
- Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom.

4. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: \_\_\_\_\_
6. Adres do korespondencji e-mail: \_\_\_\_\_
7. Oświadczam, że jesteśmy mikro/małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem.\*
8. Na podst. art. 225 Ustawy Pzp oświadczam, że wybór oferty będzie/nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- (1) \_\_\_\_\_
- (2) \_\_\_\_\_
- (3) \_\_\_\_\_

\* - Niepotrzebne skreślić

\*\* - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy



Wykonawca:

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Samodzielny Publiczny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

### O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące:

#### PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. \_\_\_\_\_ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub spośród wymienionych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

Miejscowość \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

#### O Ś W I A D C Z E N I E   D O T Y C Z Ä C E   W A R U N K Ó W   U D Z I Ä Ł U   W   P O S T Ę P O W A N I U

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1.	Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2.	Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3.	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
4.	Zdolności techniczna lub zawodowa.

Miejscowość \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość ..... dnia .....  
.....  
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
..... w imieniu Wykonawcy

**Wykonawca:**

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG LUB DOSTAW**

L.p.	Rodzaj wykonanych dostaw lub usług	Miejsce wykonania dostaw lub usług	Data wykonania dostaw lub usług	Wartość brutto wykonanych dostaw lub usług w zł

Wykaz ważniejszych dostaw lub usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane z należytą starannością.

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

Znak sprawy: **Z.II.260.045.Zp.2021**

**Wykonawca:**

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

**przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

oświadczam/(-my), co następuje:

**nie przynależę**<sup>1</sup> do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.

**przynależę**<sup>1</sup> do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		

**Uwaga:**

Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia**

Oświadczam w imieniu \_\_\_\_\_  
*/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/*

że oddaję do dyspozycji Wykonawcy \_\_\_\_\_  
*/nazwa i adres Wykonawcy/*

niezbędne zasoby \_\_\_\_\_  
*/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny/*

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: **Dostawę systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku** prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

\_\_\_\_\_

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_

Miejscowość \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega

## PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

### U M O W A Nr \_\_\_\_/Zp/2021

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021 r. pomiędzy **Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku** z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Zamawiającym” a:

reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_, posiadającym kapitał zakładowy: \_\_\_\_\_ zł. wpłacony w całości, zwanym dalej „Wykonawcą”

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej także: Ustawą Pzp), nr Z.II.260.045.Zp.2021 z dnia 17/11/2021 r. o wartości szacunkowej niższej niż progi unijne, określone na podstawie art. 3 Ustawy Pzp zawarta zostaje umowa o treści następującej:

### §1.

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa (montaż i uruchomienie<sup>\*)</sup> sprzętu medycznego<sup>\*\*) do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku</sup>** zgodnie ze złożoną ofertą z dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu: **sprzęt medyczny<sup>\*\*) \_\_\_\_\_</sup>**, którego producentem jest: \_\_\_\_\_.
3. Ponadto, zobowiązuje się zapewnić transport sprzętu medycznego<sup>\*\*), szkolenie personelu medycznego Kupującego, w wymiarze niezbędnym dla zapewnienia płynnej pracy oraz jakości wymaganej w danej dziedzinie za cenę przyjętą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, tj. \_\_\_\_\_, **zł netto (słownie: \_\_\_\_\_) + VAT**. Wartość brutto (z VAT): \_\_\_\_\_, **zł (słownie: \_\_\_\_\_)**.</sup>
4. Sprzęt medyczny<sup>\*\*) zostanie dostarczony do siedziby Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego.</sup>
5. Sprzedający oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny<sup>\*\*) jest zgodny z wymaganiami, posiada świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu i spełnia wszystkie normy wymagane przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.</sup>

### §2.

#### DOSTAWA

1. Strony ustalają, że sprzęt medyczny<sup>\*\*) zostanie dostarczony i uruchomiony w nieprzekraczalnym terminie do dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021 r.</sup>
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wraz ze sprzętem medycznym<sup>\*\*) paszporty techniczne oraz instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.</sup>

### §4.

#### WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres \_\_\_\_ miesięcy od dnia uruchomienia sprzętu medycznego<sup>\*\*) .</sup>
2. Sprzedający dołączy do sprzętu medycznego<sup>\*\*) karty gwarancyjne.</sup>
3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Kupującego. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie, e-mailem lub faxem.

4. Sprzedający zapewnia Kupującego, że czas oczekiwania na reakcję serwisu będzie nie dłuższy niż \_\_\_\_ godzin w dni robocze.
5. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu medycznego\*\*) oraz usunąć uszkodzenie w czasie do \_\_\_\_ dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Kupującego oraz w czasie do \_\_\_\_ dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia uszkodzenia w w/w czasie Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego.
6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym odnotowane zostaną przez serwis Sprzedającego w karcie gwarancyjnej/paszporcie technicznym.
7. Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy.
8. Sprzedający zapewni Kupującemu odpłatny serwis pogwarancyjny na podstawie oddzielnej umowy.
9. Sprzedający zapewni Kupującemu dostępność części zamiennych przez okres **10** lat. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

#### **§5.**

##### **WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty przetargowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego po dostawie i szkoleniu personelu, przelewem w terminie do \_\_\_\_ dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Kupujący otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia doręczenia faktury Kupującemu.
3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

#### **§7.**

##### **KARY UMOWNE**

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
  - 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia netto gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający.
  - 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych.

#### **§8.**

##### **DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
  - 3.1. Zmiana numerów kont bankowych stron,
  - 3.2. Zmiana stawek podatku VAT,

#### **§9.**

##### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta przetargowa Sprzedającego z dnia \_\_/\_\_/2021 r. stanowią integralną część umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Kupującego siedziby Kupującego.
5. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Sprzedający:**

**Kupujący:**

<sup>\*)</sup> jeżeli dotyczy

<sup>\*\*)</sup> przez sprzęt medyczny Zamawiający rozumie sprzęt wymieniony w kolejnych zadaniach, tj.:

- zestaw napędów neurochirurgicznych i ortopedycznych,
- zestaw trokarów,
- zestaw narzędzi laparoskopowych,
- zestawy narzędziowe chirurgiczne.



WZÓR FORMULARZA CENOWEGO

ZADANIE NR ____								
Lp.	Nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena jednostki netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	producent/nr katalogowy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
RAZEM								