

EP.26.37.2025

Warszawa, dnia 24 marca 2025 r.

**ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych w podziale na zadania - II**” – **sprawa nr EP/35/2025/MM**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 281 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie nr 1 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1)-5),8):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:

- 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0.5%** wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł,
- 2)zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji, w wysokości **0.5%** wartości brutto zamówienia będącego przedmiotem reklamacji, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 5 ust. 3, jednak nie mniej niż 50 zł
- 3)zwłoka w usunięciu wady w wysokości **0.5%** wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł
- 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% **niezrealizowanej** kwoty wynagrodzenia, wskazanej w par. 2 dla danego zadania.
- 5) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% **niezrealizowanej** kwoty wynagrodzenia wskazanej w par. 2 dla danego zadania.
- 8)w przypadku naruszenia umowy, innym niż wskazane w pkt 1-7, w wysokości **50,00 zł** za każdy dzień zwłoki w realizacji czynności, dla której umowa określa termin wykonania oraz w wysokości **125,00 zł** za każde zdarzenie dotyczące nienależytej realizacji umowy w zakresie czynności, dla której nie określono terminu wykonania

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 2 - „Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany w zadaniu 8 poz. 1 produkt Matryca z klejem do tkanek, 4,8 cm x 4,8 cm- ma występować w formie płaskiej - 12 opakowań x 2 sztuki czy 12 sztuk. , czy Zamawiający oczekuje formy zrolowanej 12 sztuk?


Odpowiedź: Chodzi o formę płaską.

Pytanie nr 3 - Czy zamawiający dopuści łąty naczyniowe, podwójnie dziane, wykonane z poliestru, zaimpregnowane wchłaniającą modyfikowaną żelatyną wołową. Rozmiar 1x7 cm, 2x9 cm, 3x4 cm. Pozostałe wymagania zgodne z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści znaczniki o średnicy A: 2,50 x B: 1,40?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Dotyczy SWZ rozdział IV pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentów dopuszczających mailem, po podpisaniu umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dotyczy §6. KARY UMOWNE I ODSETKI - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do 0.5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł, 2) zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji, w wysokości 1% wartości brutto zamówienia będącego przedmiotem reklamacji, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 5 ust. 3, jednak nie mniej niż 50 zł 3) zwłoka w usunięciu wady w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 7 - do części nr 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu, protezy PTFE proste, zbrojone dwuwarstwowe o następujących parametrach technicznych: średnica 6 mm x 70 cm , średnica 8 mm x 70 cm, średnica 10 mm x 80 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Pytanie nr 2 dot do części nr 7 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SWZ dopuści do przetargu: Łata naczyniowa dziana, ultra cienka, poliestrowa, z markerem, uszczelniana kolagenem zwierzęcym z dodatkowym odwróconym splotem, o przepuszczalności <5ml/cm²/min o rozmiarach: 6 mmx75mm, 8 mmx75mm, 10mmx75mm, 12 mmx75mm, 14 mmx75mm, 25mm x 100 mm,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dotyczy SWZ rozdział IV punkt 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego po podpisaniu umowy lub w terminie pierwszej dostawy mailem na wskazany przez Zamawiającego adres.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy formularza ofertowego, punkt 6 Czy Zamawiający dopuści elektroniczne zawarcie umowy lub zgodzi się na przesłanie umowy pocztą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy elektronicznie.

Dotyczy pakietu nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw dla pakietu nr 4 do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych, tym samym par. 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Dostawy towarów w ilościach i asortymencie zgodnym ze złożonym zamówieniem częściowym realizowane będą przez Wykonawcę nie później niż w ciągu **5 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzina 7:30 – 14:30.”.

4. Dotyczy pakietu nr 4 Prosimy o odstąpienie od dostaw w trybie pilnym w terminie do 1 dnia roboczego w zakresie pakietu nr 4. W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 2 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 2 dni roboczych, tym samym par. 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w ciągu **2 dni roboczych** od zgłoszenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzina 7:30 – 14:30.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony z dnia **25.03.2025r** na dzień **27.03.2024r**. Otwarcie ofert zostało zmienione z **23.04.2025r** na **dzień 25.04.2025r**. Godziny pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany SWZ jak i treści ogłoszenia BZP.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001009228

Nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000007137

Wysokość kapitału zakładowego 24 801 000,00 zł.

sekretariat: tel. 22 38 94 703, fax: 22 632 38 93, email: kancelaria@wolski.med.pl, www.wolski.med.pl

REGON: 011035381, NIP: 5273034710