

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 17/17PN/2019/4

Bytom dnia: 2019-07-16

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych II dla potrzeb Szpitala.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. nr A „Opis przedmiotu zamówienia” dla pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników liczony od dnia dostawy z możliwością złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne zaplanowanie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Administracyjnych i Technicznych  
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu  
**Wojciech Wieroszek**