

Giżycko dnia: 2023-01-19

**Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych"** – znak sprawy **PN/01/01/23**.

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**ZESTAW I**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1 poz. 1 i 3

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 285mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

**ZESTAW II**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1 poz.1

## Treść

Czy w pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL  $\leq 1,5$  oraz o grubości na palcu min. 0,09mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

## ZESTAW III

### Pytanie nr 1

Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu ze standardowym otworem dozującym bez folii zabezpieczającej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

### Pytanie nr 2

Pakiet I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm oraz o grubości na dłoni 0,09 +/- 0,02mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

### Pytanie nr 3

Pakiet I, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL 1,5?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

### Pytanie nr 4

Pakiet I, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein  $\geq 50$  g/g?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

### Pytanie nr 5

Pakiet I, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu  $0,11 \pm 0,02$ mm oraz na dłoni  $0,10 \pm 0,02$ mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** DOPUSZCZA LECZ NIE WYMAGA

### Pytanie nr 6

Pakiet I i II

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż wymóg co do daty wydania dokumentów "nie starsze niż 2018" dotyczy jedynie dokumentów potwierdzających parametry techniczne rękawic z zakresu normy EN 455 (tj. długość, poziom AQL). Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o nie nakładanie wymogu daty wydania

dokumentów co do innych wyników badań takich jak np. ASTM F czy ISO 374 1, 2, 4, 5. Badania takie bowiem wykonuje się do określonej marki a nie serii rękawic, są to badania kosztowne wykonywane raz na wiele lat ze względu m. in. na ich poziom referencyjności, dlatego też rękawice dłużej funkcjonujące na rynku posiadają starsze badania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

#### **Pytanie nr 7**

Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziom białek lateksowych: max 33?g/g?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

#### **Pytanie nr 8**

Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,22\pm0,02\text{mm}$ , dłoni  $0,19\pm0,01\text{mm}$  oraz na mankiecie  $0,17\pm0,01\text{mm}$ ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** DOPUSZCZA LECZ NIE WYMAGA

#### **Pytanie nr 9**

Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 67 ?g/g?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

#### **Pytanie nr 10**

Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,17\pm0,01$ , na dłoni  $0,14\pm0,01$ , oraz na mankiecie  $0,11\pm0,01$ ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

#### **Pytanie nr 11**

Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości rękawicy na palcu:  $0,20\pm0,02$  oraz dłoni  $0,18\pm0,02\text{mm}$ ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** DOPUSZCZA LECZ NIE WYMAGA

#### **Pytanie nr 12**

Pakiet II, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następującym opisie: rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiety rolowane, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej - gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III.

Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia  $0,18 \pm 0,03$  mm, rękawica wierzchnia  $0,21 \pm 0,02$  mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10 mm, rękawica wierzchnia  $0,17 \pm 0,02$  mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10 mm, rękawica wierzchnia  $0,16 \pm 0,02$  mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N - dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30?g/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

### **Pytanie nr 13**

Pakiet II, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na palcu  $0,22 \pm 0,02$  mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ

### **Pytanie nr 14**

Pakiet II, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne wykonane z polichloroprenu o grubości rękawicy na palcu:  $0,20 \pm 0,02$ , dłoni  $0,18 \pm 0,02$  mm oraz na mankiecie  $0,16 \pm 0,02$  mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ZGODNIE Z SWZ