



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, 18.05.2022 roku

Znak sprawy: **ZP.024.2022**

**MODYFIKACJA
oraz
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

MODYFIKACJA

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) Informujemy iż, w postępowaniu: **„Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych”** modyfikuje się zapisy Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie postępowania i jest integralną częścią niniejszych wyjaśnień.

§ 10 ust. 2 pkt 2)

2) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości towarów wskazanych w umowie, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości towaru dokonywać się będzie na podstawie zamówień jednostkowych przesyłanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej, po uzgodnieniu z Wykonawcą. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości towaru nie wymaga sporządzenia aneksu i zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w formie elektronicznej.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu: **„Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych”**

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 7 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 7 następującego brzmienia: „Od dnia dostawy Zamawiający jest odpowiedzialny za szkodę w wyrobach znajdujących się w magazynie, w tym za szkodę wynikającą z przypadkowej utraty, uszkodzenia lub kradzieży.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.



Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 7 do SWZ poprzez nadanie § 5 ust. 3 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności wyrobów będących na stanie magazynu, przez co Strony rozumieją kontrolę cykliczną, nie rzadziej niż raz na kwartał.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 7 do SWZ poprzez dodanie § 5 ust. 5 o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z magazynu wyrobów, którym upłynął termin ważności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2.1 stentów wieńcowych o długościach od 8.0 mm do 38 mm (8, 12 ,16 , 20 ,24 , 28 ,32 ,38 mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2.2 stentów wieńcowych o długościach od 8.0 mm do 48 mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48mm) z pominięciem rozmiarów: 4.50 i 5.00 x 8mm, 4.50 i 5.00 x 38mm oraz 2.25, 4.50 i 5.00 x 48mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie 10

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 oczekuje cewnika który zna i który stosuje z balonem uwalniającym paklitaksel w postaci mikrokrystalicznej w nanotechnologii TransferTech z



crossing profile 0,027 cala dla średnicy 1,5 mm, szaft dystalny 2,6 F ($\varnothing \leq 3$ mm), szaft dystalny 2,7 F ($\varnothing > 3$ mm), szaft proksymalny 2F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr przewodników o następujących parametrach:

- Średnice: 0.025", 0.032", 0.035", 0.038"
- Długość: 150, 180, 200 i 260 cm
- Przewodniki wykonane ze stali nierdzewnej najwyższej jakości z powłoką PTFE o bardzo niskim współczynniku tarcia oraz właściwościach antyadhezyjnych i atrombogennych
- Przewodniki zapewniające bardzo dobre podparcie, odporne na zapętlenia i deformacje
- Krzywizna: proste i „J”
- Giętkie, atraumatyczne zakończenie umożliwiające wprowadzenie przewodnika bez uszkodzenia (rozwarstwienia) ściany naczynia
- Dobrze widoczne w skopii na całej długości,
- Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 8

Zadanie 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 3 cewników z balonem uwalniających paklitaksel o następujących parametrach:

- Dawka paklitakselu = $3\mu\text{g}/\text{mm}^2$
- Średnice balonów od 2,0 mm do 4,0 mm
- Długość balonów od 10 mm do 30 mm
- Tip entry profile – 0,017"
- Distal shaft diameter – 1,9 F
- Proximal shaft diameter – 2,8 F
- Ciśnienie nominalne – 7 bar
- Rated burst pressure ≥ 12 bar
- Termin ważności min. 12 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 9

Zadanie 13



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 13 poz. 1 koszulki do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką długości 24 cm i prostą długości 47 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie 13

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający w poz. 5 mechaniczny zestaw do usuwania elektrod wymaga zestawu długości 13,6 cm. W Załączniku nr 3 do SWZ podane jest 134,6 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 3 do SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 5. – Długość zestawu 13,6 cm.
Poprawiony Załącznik nr 3 w zakresie Zadania nr 13 stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 11

Umowa § 2 ust. 11 i ust. 12

Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 12

Umowa § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 13

Umowa § 10 ust. 2 pkt 2

Wskazujemy, że zapis §10 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny.



Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §10 ust. 2 pkt 2 umowy, w taki sposób aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 1 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).

Odpowiedź:

„Zamawiający modyfikuje zapis w Projektowanych postanowieniach umowy Załącznik nr 7 do SWZ w § 10 ust. 2 pkt 2) nadając mu brzmienie:

2) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości towarów wskazanych w umowie, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości towaru dokonywać się będzie na podstawie zamówień jednostkowych przesyłanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej, po uzgodnieniu z Wykonawcą. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości towaru nie wymaga sporządzenia aneksu i zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w formie elektronicznej.

Pytanie 14

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Cewniki z balonem uwalniające lek z powłoki FreePac z dawką Paklitaxel $\geq 3,5 \mu\text{g}/\text{mm}^2$ na powierzchni balonika o dostępnej średnicy 2 – 4 mm oraz Shaft proksymalny $\leq 2.1\text{F}$ i Ciśnienie nominalne $\leq 8 \text{ atm}$. Spełniający pozostałe wymogi specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 15

Zadanie 10

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych.?

Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie



podjąć tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową. z poważaniem Anetta Reutowicz

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 16

Zadanie 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Treść powyższych odpowiedzi zamieszczona na platformie internetowej e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ikard.pl jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający

z upoważnienia Dyrektora
Narodowego Instytutu Kardiologii
/-/ Mariola Łukasiewicz