

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „Dostawę parawanów sufitowych, parawanów teleskopowych przyściennych, parawanów mobilnych jednoskrzydłowych” – sprawa nr EP/141/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę parawanów sufitowych, parawanów teleskopowych przyściennych, parawanów mobilnych jednoskrzydłowych” SPRAWA NR EP/141/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika 2A - parawan medyczny jednoskrzydłowy

Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny jednoskrzydłowy na podstawie jezdnej, stalowej, wyposażony w 3 skretne koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, wszystkie koła z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika 2A - parawan medyczny jednoskrzydłowy Poz. 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stelaża wykonanego ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Prośba jest związana z punktem 4, w którym podstawa jezdna jest stalowa. Podstawa jezdna oraz stelaż tworzą jeden element i powinny być wykonane z tego samego materiału.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika 2A - parawan medyczny jednoskrzydłowy Poz. 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podstawy jezdnej wyposażonej w 3 koła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika 2A - parawan medyczny jednoskrzydłowy Poz. 6.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymiarów 1850mmx1000mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika 2A - Parawan sufitowy Poz. 8.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie parawanu sufitowego wykonanego z profilu aluminiowego o przekroju prostokątnym bez wskazywania wymiarów. Ewentualnie prosimy o dopuszczenie wymiarów 30x13mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika 2A - Parawan sufitowy Poz. 9.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 9 i dopuszczenie profilu prowadzącego aluminiowego wraz z kanałem do płynnego przesuwu ślizgaczy zasłon. Obecny zapis wskazuje na konkretnego producenta i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika 2A - Parawan sufitowy Poz. 10.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu mocującego o średnicy rurki 10mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika 2A

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie z jakich powodów oraz przyczyn Zamawiający w załączniku 2A wymaga certyfikatu wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) oraz certyfikatu PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)? Wnosimy o wykreślenie tych zapisów. Niniejszy asortyment jest wyposażeniem szpitalnym, nie wyrobem medycznym jak np. urządzenia podtrzymujące życie. Przywołane przez Zamawiającego normy dotyczą zaawansowanych wyrobów medycznych.


Należy podkreślić, że oczekiwanie przedstawienia wyżej wymienionych certyfikatów nie znajduje uzasadnienia w specyfikacji wyrobu. Ma na celu zawężenie potencjalnych oferentów oraz utrudnienie uczciwej konkurencji, co jest wbrew prawu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Według globalnej nomenklatury wyrobów medycznych parawany są wyrobami medycznymi.

- parawany sufitowe – 11090
- parawany teleskopowe -11090
- parawany jezdne – 13514”.

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji zamówienia określone w SWZ

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNO
- EKSPLOATACYJNYCH

Taida Mucha-Jastrzębska

Sporządził: Monika Kowalska