

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Sukcesywna dostawy środków ochrony indywidualnej**

Numer referencyjny: ZP-01/2025

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu wymaga rękawic odpornych na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 - potwierdzone badaniami wystawionymi przez jednostkę niezależną załączonymi do oferty wraz z adekwatnym fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SWZ.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w celu łatwiejszej identyfikacji wyrobu Zamawiający wymaga fabrycznego oznaczenia na opakowaniu rękawic: nazwa rękawic, rozmiar, poziom AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nazwa i adres producenta, kraj pochodzenia wg EN ISO 15223-1?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SWZ.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, dopuści karty produktu wystawione przez importera zamiast producenta?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie karty produktu wystawionych przez importera i podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuścił w postępowaniu (zgodnie z zapisami SWZ pkt.22.3.) możliwość zaoferowania pozycji w innej ilości w opakowaniu. Wykonawca zobowiązany jest tak przeliczyć cenę jednostkową pozycji, przeliczając ją do ilości w opakowaniu ujętym w Formularzu Kalkulacji Cenowej, by była ona porównywalna. Informację o odmiennej ilości w opakowaniu należy opisać w kolumnie Uwagi.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomem AQL 1,5?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic z poziomem AQL 1,5 i wprowadza odpowiednie zmiany w Formularzu Kalkulacji Cenowej - Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.