

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego w celu utworzenia Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii**

Numer referencyjny: **ZP.3311.25-1.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Zadanie 1 - Jednostka zaopatrzenia medycznego - kolumna sufitowa**

1. **Pytanie:** „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z długością ramienia nośnego wynoszącą 750mm, długość mierzona w punktach osi obrotu przegubów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. **Pytanie:** „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę pionową o wysokości 1 208 mm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zadanie 4 - Ruchome zawieszenie sufitowe na 2 monitory – 1 szt.**

3. **Pytanie:** „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ramię uchylne o długości 920mm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zadanie 5 - Ruchome zawieszenie sufitowe na 3 monitory**

4. **Pytanie:** „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie polegające na umieszczeniu dwóch monitorów na jednym systemie ramion podwójnych i trzeciego monitora na drugim systemie ramion podwójnych jak przedstawia poniższe zdjęcie?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

5. **Pytanie:** „Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę zapisu **SWZ w pkt. 6.1** i wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 6 tygodni na 10 tygodni.”

**Odpowiedź:** Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy modyfikuje treść dokumentów zamówienia (rozdział 6.1. SWZ oraz § 5 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy) **wydłużając termin realizacji zamówienia z 6 do 8 tygodni od daty podpisania umowy.**

**Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy**

6. **Pytanie:** „§ 4 ust. 1 – Prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pytanie:** „§ 7 ust 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 0,5% do 0,2%?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
*/podpis/*