



**Narowy Instytut Kardiologii**

Alpejska 42  
04-628 Warszawa

ZP.087.2020

Warszawa 18.01.2020

<Wszyscy Wykonawcy>

**WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SIWZ (01)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt: **Usługa serwisowa aparatu AZURION 7 M12 z wyposażeniem oraz przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12**

**Pytanie 1**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ- OPZ poz.1 (Wymagania techniczne- warunki graniczne), pkt I.2. Czy Zamawiający, w ramach przedmiotu zamówienia będzie wymagał również objęcia opieką serwisową UPS-a EATON 9130 3000, który jest zainstalowany przy angiografii Azurion?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga demontażu, przeniesienia, zainstalowania w nowej lokalizacji i uruchomienia UPS wraz z sygnalizacją pracy z UPSa i aparatem. Zamawiający nie wymaga objęcia opieką serwisową UPSa EATON.*

**Pytanie 2**

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ, OPZ Warunki graniczne, pkt II.16. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy zgłoszenia serwisowe odbywają się drogą mailową, a użytkownik jest informowany na bieżąco (mailowo lub telefonicznie) o stanie zgłoszenia przez dedykowanego opiekuna zgłoszenia?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający uzna takie rozwiązanie za spełnienie warunku.*

**Pytanie 3**

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ, OPZ Warunki graniczne, pkt III.19 Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „Czas przystąpienia do naprawy rozumiany jako osobiste stawiennictwo inżyniera 48h w dni robocze. Czas skutecznej naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych maksymalnie do 4 dni roboczych”?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje wymagania pkt. 19 załącznika nr 2 do SIWZ*



**Pytanie 4**

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ, OPZ Warunki graniczne, pkt III.27 Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. Ze względu na specyfikę aparatu nie ma możliwości tymczasowego dostarczenia podzespołów zastępczych. Jako autoryzowany serwis producenta posługujemy się wyłącznie oryginalnymi podzespołami z fabrycznego magazynu centralnego.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający zrezygnuje z zapisów pkt. 27 załącznika nr 2 do SIWZ.*

**Pytanie 5**

Dotyczy: Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzoru umowy §7, ust 1 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie warunków płatności dla 36-miesięcznej opieki serwisowej. Z Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) wynika bowiem, że płatność będzie odbywać się ryczałtowo przez 36 miesięcy, na podstawie faktur częściowych. Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów do w/w części umowy.

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z SIWZ*

**Pytanie 6**

Dotyczy: SIWZ, pkt 19, Kryteria oceny ofert. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pod pojęciem kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” ma na myśli ocenę parametry w Załączniku nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne i Warunki graniczne (dodatkowo punktowane)?

**Odpowiedź:**

*TAK*

**Pytanie 7**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga demontażu podkonstrukcji stalowej z obecnej lokalizacji?

**Odpowiedź:**

*TAK*

**Pytanie 8**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie (Zamawiającego / Wykonawcy) jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż podkonstrukcji stalowej w nowej lokalizacji?

**Odpowiedź:**

*Wszystkie prace związane z demontażem i montażem aparatu oraz montaż podkonstrukcji stalowej w nowej lokalizacji są po stronie Wykonawcy. Jeżeli realizacja zadania wymaga doprojektowania podkonstrukcji pod przenoszone elementy to jest to po stronie Wykonawcy.*

**Pytanie 9**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie (Zamawiającego / Wykonawcy) jest zapewnienie klimatyzacji w nowym pomieszczeniu technicznym angiografu?

**Odpowiedź:**

*Zapewnienie klimatyzacji jest po stronie Generalnego Wykonawcy budynku.*

**Pytanie 10**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie (Zamawiającego / Wykonawcy) jest wykonanie kanałów kablowych w pomieszczeniach angiografu?

**Odpowiedź:**



*Kanały zostały wykonane wg wytycznych przekazanych do projektu. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować wykonane kanały i dostosować je do potrzeb przenoszonego aparatu na własny koszt.*

**Pytanie 11**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie (Zamawiającego / Wykonawcy) jest wykonanie kanałów kablowych podłogowych, wraz z naprawą/wykonaniem od nowa wykładziny podłogowej?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający zaleca wykonanie kanałów kablowych przed etapem prac związanych z kładzeniem wykładziny. Jeżeli prace montażowe spowodują uszkodzenie wykładziny Wykonawca musi dokonać naprawy wykładziny na własny koszt.*

**Pytanie 12**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie (Zamawiającego / Wykonawcy) jest projekt osłon stałych wraz z uzgodnieniami?

**Odpowiedź:**

*Projekt osłon stałych jest wykonany zgodnie z projektem Generalnego Wykonawcy, Wykonawca musi dokonać weryfikacji projektu na etapie postępowania przetargowego. Projekt w załączeniu. Ewentualna przebudowa osłon po stronie i na koszt Wykonawcy.*

**Pytanie 13**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga montażu biurka/blatu w sterowni i/lub jakiegokolwiek innej zabudowy meblowej?

**Odpowiedź:**

*Nie. Zabudowa meblowa w sterowni jest po stronie Zamawiającego.*

**Pytanie 14**

Dot. zał. 2, OPZ poz. 2 przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje montaż UPSa w pomieszczeniu technicznym?

**Odpowiedź:**

*Nie. Zamawiający przewiduje instalację UPSa w piwnicy w pomieszczeniu 001.STE.25 (obecnie pomieszczenie dostosowywane jest do potrzeb nowego przeznaczenia).*

**Pytanie 15**

Dotyczy załącznika nr 21 do SIWZ, Wzór umowy, Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z SIWZ*

**Pytanie 16**

Dotyczy załącznika nr 21 do SIWZ, Wzór umowy . Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z SIWZ*



**Pytanie 17**

Dotyczy załącznika nr 21 do SIWZ, Wzór umowy dla Zadania 77. Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści wzoru umowy

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z SIWZ*

**Pytanie 18**

Dotyczy załącznika nr 21 do SIWZ, Wzór umowy. Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową?

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z SIWZ*