

Białystok, 2022-10-04

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 48/22/10/3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę stołu operacyjnego, wentrikuloskopu, ergospirometru w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – znak sprawy PN-48/22/10

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

Pytanie nr.1. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z oprogramowaniem stanowiącym jeden z modułów platformy, która oprócz ergospirometrii zawiera komputerową spirometrię? Spełnienie wymogów zapisu: Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię, ogranicza uczciwą konkurencyjność.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr.2. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z pompą kalibracyjną 3l (zgodnie z wytycznymi) z możliwością zamontowania stabilnie na wózku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr.3. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z analizatorem zamontowanym na wózku medycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr.4. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z przewodami wentylacyjnymi o długości 2, 4 lub 6 m do wyboru przez operatora?

Takie rozwiązanie ułatwia poruszanie się pacjenta w obrębie bieżni, ergometru i samego systemu ergospirometrii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.5. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z przepływomierzem dwukierunkowym o zwartej budowie, bez mechanicznych części, gwarantujący minimalny opór?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.6. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z oporem czujnika: 0,15 kPa/l/s do 14 l/s?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr.7. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z Sensorem CO2 w technologii absorpcji podczerwieni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.8. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z dokładnością pomiaru CO2: 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.9. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z Dokładnością pomiaru O2: 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.10. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr z 12 kanałowym EKG –

Przenośny aparat EKG jako bezprzewodowy moduł akwizycyjny sygnału EKG

Waga 160g

Wymagane prędkości przesuwu (mm/s): 10; 25, 50,100, 200

Wymagane czułości (mm/mV): 5; 10; 20

Układy wyświetlania zapisów EKG: 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R

Standardowy przewód pacjenta

Filtry sieciowe (Hz): 50; 60

częstotliwość próbkowania 8000 Hz / kanał

Zasilanie 2xAA

Możliwość użycia modułu do badań spoczynkowych EKG, prób wysiłkowych i ergospirometrii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.11. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści Ergospirometr bez możliwości rozbudowy o moduł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seattle?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr.12. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię z zakresem prędkości od 0 do 19,2 km/h? Taki zakres pozwala na pokrycie potrzeb wszystkich protokołów badań wysiłkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.13. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach 84x200x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.14. Zadanie Ergospirometr z osprzętem, wózkiem i bieżnią – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wadze 191 kg i maksymalnej wadze pacjenta 227kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel