



Znak sprawy/nr referencyjny: AZP-261-12/2025

Zamawiający
Instytut Biologii
Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego Polska
Akademia Nauk
„Instytut Nenckiego PAN”,
ul. Pasteura 3, 02-093
Warszawa

Do:
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

*z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024, poz. 1320)
dalej
jako „Pzp”.*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości powyżej 130 000,00 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **Usługa serwisowania mikroskopów firmy Carl Zeiss posiadanych przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (umowa na 12 miesięcy)**, oznaczenie sprawy: AZP-261-12/2025.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu: 12.02.2025 r. dotyczące treści SWZ Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Na podstawie art. 284 Pzp:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie systemu mikroskopowego Cell Discoverer 7 z obowiązkowego przeglądu technicznego w trakcie trwania umowy? System będzie objęty zakresem obowiązywania umowy przez dużo krótszy okres niż pozostałe systemy. Producent zaleca wykonywanie przeglądy 1 x w roku.”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie systemu mikroskopowego Cell Discoverer 7 z obowiązkowego przeglądu technicznego w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 2:

W formularzu ofertowym Zamawiający wskazał ogólnie stawkę VAT 23% . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawek VAT dla systemów mikroskopowych dla których można zastosować inną stawkę niż 23%?

Odpowiedź:

Opis działania w przypadku zastosowania innej stawki VAT niż określona przez Zamawiającego został opisany w pkt. 20.8 SWZ a zgodnie z nim:

Wykonawca powinien wskazać w ofercie stawkę VAT, którą zamierza zastosować. Jednocześnie podkreślamy, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zastosowana przez niego stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami prawa oraz spełnienia odpowiednie przesłanki uprawniające do zastosowania stawki innej niż określona przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest

zobligowany do złożenia odpowiedniego oświadczenia w formularzu oferty oraz przedłożenia ewentualnych dowodów uprawniających do stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT, np.: interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, orzeczenia sądu administracyjnego lub opinii doradcy podatkowego.

Udzielone wyjaśnienia są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Dyrektor Instytutu