



Olecko dnia 2024-09-13

25/PN/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 25/PN/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Szpitala Olmedica Sp. z o.o. w Olecku”

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik nr 1

Pytanie nr 1 - Dzień dobry, w nawiązaniu do zadanego pytania do pakietu nr 1 Załącznik nr 5 do SWZ Informacje dodatkowe pkt 53 Wykonawca dopuścił się omyłki pisarskiej i wpisał pkt 53 zamiast 59, który dotyczy Obsługi urządzenia i komunikaty w języku polskim. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na nasze sprostowanie i ponowne rozpatrzenie tego samego zapytania o treści: Czy Zamawiający dopuści aparat z obsługą i komunikacją w języku angielskim? Powszechnie obowiązującym standardem przy USG i Echokardiografach jest język angielski.

Odpowiedź: Zamawiający w części 1 „Aparat USG z dwiema sondami liniową i sektorową (szt.1)” dopuszcza aparat z obsługą i komunikacją w języku angielskim. Tak jak w załączniku nr 5 część 1 pkt. 53 Zamawiający wymaga „Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu”, oraz część 1 pkt 52: „Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty”.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.olmedica.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 25/PN/2024 z dnia 12/08/2024r.

Z poważaniem

PROKURENT

Henry De Jesus Leon Rodriguez