

Bytom dnia: 2024-09-05

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."

Numer referencyjny: 19/19PN/2024

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 26**

Pytanie 1 dot. pakietu 36

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości medyczne wapno sodowane, zaakceptowane przez farmakopee brytyjską i amerykańską, w postaci krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3 mm, absorbujące w przedziale 120 -180 litrów CO<sub>2</sub>/1 litr (w zależności od intensywności użytkowania, szybkości przepływów anestetycznych, rodzaju i liczby zabiegów, czasu ich trwania) oraz stopniem pylenia poniżej 0,3%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2 dot. pakietu 36

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO<sub>2</sub> o bardzo niskiej jakości nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek

oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH nie przekraczającej 3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1805), udostępnia poniżej treść załącznika do Specyfikacji Wykonawstwa Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 28

Pytanie 1 dot. pktu 36

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości medyczne wapno sodowane zaakceptowane przez farmakopie Brytyjską i Amerykańską, w postaci krótkich potowalnych tabletek o średnicy 3 mm, absorbujące w przedziale 120-180 litrów CO<sub>2</sub>/litr (w zależności od intensywności użytkowania, stopnia przyswajania anestetycznych, rodzaju i liczby zabiegów, czasu (m. in. trwania) oraz stopnia pylenia poniżej 0,3%)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pktu 36

W związku z tym, że na rynku polskim podjęły się wapiopochłaniacze CO<sub>2</sub> o bardzo niskiej jakości nie dopuszczone przez Farmakopie Brytyjską i Amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%) nieograniczonej postaci granulek