



Poznań dnia, 15.05.2025 r.

Nr sprawy: ADZP-381-38/25

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**V Wyjaśnienia treści SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa obłożeń i fartuchów jałowych**” udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** CZĘŚĆ 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z antystatycznej włókniny SMMMS o gram. 35 g/m<sup>2</sup>. Wzmocnienie fartucha w strefie krytycznej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/ polipropylen 40 g/m<sup>2</sup>; w części przedniej umieszczone ok. 20 cm poniżej wycięcia pod szyją i przymocowane na całym obwodzie. Wzmocnienie w rękawach od wewnątrz przyklejone na całym obwodzie. Fartuch z tyłu zapinany na rzepy 12 x 2,5 cm i 6 x 2,5 cm, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm) z włókniny poliestrowej. Szwy fartucha ultradźwiękowe trójścieżkowe. Troki zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk ok. 40 cm x 30 cm oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 145 cm H<sub>2</sub>O. Rozmiar nadrukowany od wewnątrz każdego fartucha, widoczny przed rozłożeniem, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Opakowanie jednostkowe folia/ papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. Podwójne pakowany w karton transportowy oraz wewnątrz w worek polietylenowy. Rozmiary: M- dł. 115 cm/ obwód min. 145 cm; długość rękawa min. 66 cm, L- dł. 127 cm/ obwód min. 150 cm; długość rękawa min. 68 cm, XL- dł. 135 cm; obwód min. 150 cm; długość rękawa min. 68 cm, XXL- dł. 140 cm; obwód min. 155 cm; długość rękawa min. 72 cm, XXXL- dł. 145 cm; obwód min. 160 cm; długość rękawa min. 74 cm. Tolerancja długości fartucha +/- 2 cm. Rozmiary w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2:** CZĘŚĆ 7 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy fartuch chirurgiczny: wykonany z włókniny 5-warstwowej SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>; u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm) z włókniny w 100% poliestrowej; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Rozmiar nadrukowany od wewnątrz każdego fartucha, celem łatwej identyfikacji. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami z celulozy do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier krepowy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Nieprzemakalność w strefie krytycznej

oraz na pozostałej powierzchni min. 30 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie na całej powierzchni (sucho/mokro) odpowiednio: min. 128/140 Kpa. Opakowanie jednostkowe folia/papier. Opakowanie zawierające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Fartuch w rozmiarach: M- dł. 115 cm/ obwód min. 145 cm; długość rękawa min. 66 cm, L- dł. 127 cm/ obwód min. 150 cm; długość rękawa min. 68 cm, XL- dł. 135 cm; obwód min. 150 cm; długość rękawa min. 68 cm, XXL- dł. 140 cm; obwód min. 155 cm; długość rękawa min. 72 cm, XXXL- dł. 145 cm; obwód min. 160 cm; długość rękawa min. 74 cm. Tolerancja długości fartucha +/- 2 cm. Rozmiary w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3: PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW UMOWY § 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej w ppkt. 4) w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy na wysokość 1 % wartości nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając różnicą kosztów zakupu Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał już zmniejszenia kary umownej ww. ppkt.4).**

**Pytanie nr 4 : Zadanie 7 poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem?**

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup>
- wzmocnienie PE 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m<sup>2</sup> o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho 137,6 kPa, na mokro 145,6 kPa
- rozciąganie na sucho wzdłuż 74,9 N, w poprzek 40,8 N, na mokro ≥ 20 N
- pyłność log<sub>10</sub> ≤ 4,0
- penetracja płynu (część wzmocniona) 98 cmH<sub>2</sub>O, część niewzmocniona 48cmH<sub>2</sub>O
- rozmiary:
  - S 115 x 140 cm
  - M 125 x 145 cm
  - L 130 x 150 cm
  - XL 140 x 160 cm
  - XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu

- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
  - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym
- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5: Zadanie 7 poz. 2**

Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem?

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup>
  - nie zawiera wiskozy ani celulozy
  - szwy ultradźwiękowe
  - rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
  - tylne części fartucha zachodzące na siebie
  - para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
  - druga para troków wewnętrznych
  - rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
  - nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
  - złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)
  - owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m<sup>2</sup> o wymiarach 60 x 60 cm
  - w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
  - - wypychanie na sucho 99,3 kPa, na mokro 99,1 kPa
  - rozciąganie na sucho wzdłuż 69,48 N, w poprzek 44,24 N; na mokro wzdłuż 88,5 N, w poprzek 45,48 N
  - pyłność log<sub>10</sub> ≤ 4,0
  - penetracja płynu 40 cmH<sub>2</sub>O
  - rozmiary:  
S 115 x 140 cm  
M 125 x 145 cm  
L 130 x 150 cm  
XL 140 x 160 cm  
XXL 160 x 160 cm
  - zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
  - wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
  - Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
  - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym
- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
**/ - / Marek Dakowski**