

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników doagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **13/13PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

PYTANIA PAKIET NR 22 PODŁOŻA PŁYNNE DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża w probówce szklanej o objętości 5 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji nr 3 podając w nazwie "Podłoże płynne tryptozowo-sojowy agar" ? Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga podłoża płynnego tj. "Tryptozowo-sojowy bulion" czy podłoża agarowego stałego tj. "Tryptozowo-sojowy agar".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga opisu takiego jak Opisu przedmiotu zamówienia – podłoże płynne agarowe tryptozowo-sojowe

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podawania na certyfikacie kontroli jakości informacji o dacie produkcji w przypadku, gdy data produkcji jest równoznaczna z serią produktu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża z datą ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

5) Czy Zamawiający podając wymóg "Ważny Certyfikat ISO 17025" ma na myśli, aby producent podłoży zawartych w pakiecie posiadał ważny Certyfikat ISO 17025?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga.

Zamawiający

