

Numer postępowania : **ZP-271-22/24**

Kraków, dnia: 02.04.2024 r.

## **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm) wprowadza następujące zmiany treści SWZ, w zakresie braku żądania przez Zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek:

### **Zmiana nr 1 SWZ: dotyczy pozycji nr 3 w zakresie części nr 10 (załącznik nr 1a do SWZ)**

Było: Multipack 2 x wkład 60 ml + dren Y 230 cm z jedną zastawką wstrzymującą kompatybilny ze strzykawką Optistar Elite.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: Multipack 2 x wkład 60 ml + dren Y 250 cm z jedną zastawką wstrzymującą + dodatkowo 2 x ostrza typu „spike”, kompatybilny ze strzykawką Optistar Elite (próbka).

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: zestaw w 100% kompatybilny ze strzykawką Optistar Elite zawierający dren Y o długości 250cm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

**Jest: Multipack 2 x wkład 60 ml + dren Y 230 cm z jedną zastawką wstrzymującą kompatybilny ze strzykawką Optistar Elite.**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: Multipack 2 x wkład 60 ml + dren Y 250 cm z jedną zastawką wstrzymującą + dodatkowo 2 x ostrza typu „spike”, kompatybilny ze strzykawką Optistar Elite.**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: zestaw w 100% kompatybilny ze strzykawką Optistar Elite zawierający dren Y o długości 250cm, spełniających pozostałe zapisy SWZ.**

### **Zmiana nr 2 SWZ: dotyczy pozycji nr 4 w zakresie części nr 10 (załącznik nr 1a do SWZ)**

Było: Multipack 1 x wkład 200 ml + dreny Y 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą kompatybilny ze strzykawką Optivantage (próbka)

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: zestaw o składzie: 1 x wkład 200 ml + dren o długości 150 cm nierozgałęziony o wytrzymałości do 375PSI + dodatkowo złącze szybkiego napełniania (J-rurka) do strzykawki Optivantage.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: Multipack 1 x wkład 200 ml + dren Y 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą + dodatkowo 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”, kompatybilny ze strzykawką Optivantage DH (próbka).

**Jest: Multipack 1 x wkład 200 ml + dreny Y 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą kompatybilny ze strzykawką Optivantage.**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: zestaw o składzie: 1 x wkład 200 ml + dren o długości 150 cm nierozgałęziony o wytrzymałości do 375PSI + dodatkowo złącze szybkiego napełniania (J-rurka) do strzykawki Optivantage.**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: Multipack 1 x wkład 200 ml + dren Y 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą + dodatkowo 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”, kompatybilny ze strzykawką Optivantage DH.**

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.