

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu 10. Pyt. 1 - Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowego użytku okularki zabezpieczające noworodka w trakcie fototerapii, miękkie, delikatne, część okularowa wykonana z poliestru, natomiast część mocująca z elastycznego materiału włókninowego, pozwalającego na precyzyjne ufiksowanie, okularki dostępne w 3 rozmiarach: micro, preemie i regular, których podział oparty jest na wymiarze obwodu potyliczno czołowego: odpowiednio: 20-25cm, 26-32cm, 33-38cm. Rozmiary dodatkowo kodowane kolorystycznie mikro – zielony, preemie pomarańczowy, regular – niebieski

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 35, poz.1. Pyt. 1 - Prosimy o wskazanie typu inkubatora: Isolette C2000/8000, czy C450

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Typ inkubatora: Isolette C2000/8000

Dotyczy pakietu 35, poz.2. Pyt. 2 - Prosimy o dopuszczenie osłonki czujnika temperatury, hydrożelowej, dostępnej w rozmiarach S/M i L, typu Care-for-me, jednorazowego użytku, w kolorze złotym, odporną na wilgoć i temperaturę, w kształcie „ludzika”, pakowaną po 100szt.? W przypadku dopuszczenia powyższej osłonki, prosimy o określenie ilości zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 37, poz.2. Pyt. 1 - Informujemy, że główce wielorazowego użytku są już wycofane, w związku z

tym prosimy o wykreślenie pozycji nr 2 z pakietu 37.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji.

Dotyczy pakietu 52, poz.1. Pyt. 1 - Prosimy o wskazanie typu inkubatora: Isolette C2000/8000, czy C450.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Typ Inkubatora: Isolette C2000/8000

Dotyczy pakietu 52, poz.2. Pyt. 2 - Prosimy o dopuszczenie osłonki czujnika temperatury, hydrożelowej, dostępnej w rozmiarach S/M i L, typu Care-for-me, jednorazowego użytku, w kolorze złotym, odporną na wilgoć i temperaturę, w kształcie „ludzika”, pakowaną po 100szt.? W przypadku dopuszczenia powyższej osłonki, prosimy o określenie ilości zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 55, poz.2. Pyt. 1 - Czy w pozycji nr 2 Zamawiający oczekuje wkładu do noworodkowego czujnika przepływu, pakowanego po 5 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wkładu do noworodkowego czujnika przepływu, pakowanego po 5 sztuk.

Dotyczy pakietu 55, poz.3,4,5. Pyt. 2 - Prosimy o wskazanie, czy asortyment ze wskazanych pozycji ma współpracować z respiratorem VN 500?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Asortyment ze wskazanych pozycji ma współpracować z respiratorem VN 500.

Dotyczy pakietu 55, poz.7. Pyt. 3 - W związku z niedostępnością łącznika Y, prosimy o dopuszczenie łącznika prostego, typu ISO.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 76, poz.3. Pyt. 1 - W związku z tym, że jednostką handlową dla czujników jest opakowanie zawierające 5 szt., prosimy o dopuszczenie 3 opakowań po 5 sztuk.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 85, poz.1. Pyt. 1 - W związku z tym, że jednostką handlową dla filtrów jest opakowanie zawierające 6 szt., prosimy o dopuszczenie 1 opakowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 95. Pyt. 1 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wzór umowy Pyt. 1 - § 6 ust.1 pkt. 1, 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za każdy dzień zwłoki do 0,2%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 - § 6 ust. 6 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający