

**UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY**  
**im. L. Zamenhofa w Białymstoku**

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 04.05.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania przetargowego**

**PN – 26/23/14/2**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN – 26/23/14 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy kapilarnej oraz dostawa czytnika mikroplatek w technice ELISA**

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:  
na mocy art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) udzielamy **wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.**

**Treść pytań:**

**Pytanie nr 1:**

dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga odczytu przez czytnik płytek 6, 12, 24, 48 i 96 dołkowych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga odczytu przez czytnik płytek 96 dołkowych.**

**Pytanie nr 2:**

dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania sterującego do obsługi czytnika przy użyciu komputera?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania sterującego do obsługi czytnika przy użyciu komputera.**

**Pytanie nr 3:**

Załącznik NR 1 pakiet nr 1 tabela: PARAMETRY WYMAGANE p. 2 - zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego KRS Czy Zamawiający wymaga zasilacza tzw. UPS – dla podtrzymania zasilania analizatora w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga zasilacza UPS.**

**„Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie do zasilania awaryjnego UPS, zestaw komputerowy z oprogramowaniem (monitor, drukarka).”**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zał nr 3 do pakietu nr 1. Wpisania jakich danych ( np. liczba oznaczeń, koszt ) Zamawiający wymaga dla poszczególnych wierszy w kol. Przypuszczalna liczba oznaczeń/ 1 rok i Przypuszczalna liczba oznaczeń / 3 lata ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga uzupełnienia kosztów odczynników, materiałów zużywalnych, płynów systemowych i serwisu w przeliczeniu na ilość badań na 1 rok (1000 oznaczeń) i 3 lata ( 3000 oznaczeń).

**Pytanie nr 5:**

Czy w zał nr 3a do pakietu nr 1 Zamawiający wymaga wpisania w kolumny Koszt (zł) na 1 rok i Koszt (zł) na 3 lata - kwoty netto, kwoty brutto czy obu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wpisania obu.

**Pytanie nr 6:**

W podsumowaniu w miejscu - KOSZT BADAŃ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU WYNOSI: ..... zł brutto/ stawka vat.../ .....netto/ - na 1 rok Prosimy o możliwość wpisania stawek VAT 8 % i 23% ( z uwagi na zróżnicowanie stawek dla odczynników 8% i np. dzierżawy urządzenia 23 % )

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie stawek VAT 8 % i 23% ( z uwagi na zróżnicowanie stawek dla odczynników 8% i np. dzierżawy urządzenia 23 % ).

**KIEROWNIK**  
**Sekcji Zamówień Publicznych**

*[Podpis]*  
*mgr Iwona Kisiel*