

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA SWZ

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawa zestawu ultrasonograficznego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży.**

Znak sprawy: **ZP.3311.37.2024**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz modyfikacjami, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

### **Pytanie nr 1**

*„Dot. załącznika nr 1 do OPZ – Aparat Ultrasonograficzny Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany aparat został zintegrowany z systemem min. PACS działającym w pracowni ZDO, celem zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w palcówce? Prosimy również o informację czy koszty licencji i prac serwisowych po stronie dostawcy oprogramowania PACS/RIS ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie nr 2**

*„Ad. SWZ, IV, ust. 5 pkt. 4; zał. nr 3 par. 1 ust. 5 pkt. 4*

*Czy Zamawiający usunie zapis dotyczący szkolenia personelu technicznego Zamawiającego w zakresie drobnych napraw i przeglądów? Tego typu szkolenia są przeprowadzane w centrach szkoleniowych na świecie i dotyczą personelu technicznego zatrudnionego przez producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.**

### **Pytanie nr 3**

*„Ad. zał. nr 3 par 3 ust. 1*

*Czy Zamawiający zmieni zapis „Zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.” na*

*„Zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.” ?”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

### **Pytanie nr 4**

*„Ad. zał. nr 3 par 5 ust. 5*

*Czy Zamawiający zmieni zapis „Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności sprzętu będącego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.” na „Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres*

*niesprawności sprzętu będącego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. pomijając sytuację w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą”?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

**Pytanie nr 5**

*„Ad. zał. nr 3 par 5 ust. 6*

*Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „czas reakcji” kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną? W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę i przedstawiać kosztorys naprawy po konsultacji z użytkownikiem aparatu.”*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 6**

*„Ad. zał. nr 3 par 5 ust. 19*

*Czy Zamawiający zmieni zapis „O planowanym terminie wykonania przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na co najmniej 4 tygodnie przed końcem ważności przeglądu sprzętu.” na „O planowanym terminie wykonania przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie przed końcem ważności przeglądu sprzętu.”?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

**Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie**

**mgr Agnieszka Kruk**