

Bytom dnia: 2025-05-06

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17

Pakiet 36 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające śladowe ilości ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 80 Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 3820,18ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło