

Bytom dnia: 2025-02-04

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 43

Pakiet nr 74 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 8 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 74 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 6 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 74 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x

75 cm z otworem o średnicy 6 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 74 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 38 x 45 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 74 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m²

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). Współczynnik absorpcyjności 348%, odporność na przenikanie cieczy 174 cm H₂O. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów z włókniny SMMS, oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem? Fartuch dostępny w rozmiarach S/M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large. Opakowanie bez wskaźnika sterylizacji. Fartuch bez lateksu – brak potwierdzenia na etykiecie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

