

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy staplerów, ładunków do staplerów oraz wyrobów i narzędzi do zabiegów operacyjnych**
Numer referencyjny: ZP.3311.41-2.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 1 następujący proszek hemostatyczny: 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej o działaniu przeciwwzrostowym, potwierdzonym oświadczeniem producenta. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniający wodę z krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę ściśle przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48h (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 2: Cewnik do zabiegów laparoskopowych do poz. 1, długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/