

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych**
Numer referencyjny: **ZP.3311.27-14.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Pakiet 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 0,3 g?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie:** „Pakiet 11 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 0,7 g?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 1 g?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. **Pytanie:** „Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 0,5 g?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

5. **Pytanie:** „Pakiet 12 poz. 3,4,5 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 1,6 g?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

6. **Pytanie:** „Pakiet 12 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 5,1 g?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pytanie:** „Pakiet 12 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kompres 10x20 cm 17 nitek 16 warstw?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

8. **Pytanie:** „Pakiet 12 poz. 7,8,9 Czy Zamawiający dopuści kompres o wadze 1,8 g?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/