

Bytom dnia: 2024-07-03

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11

Dotyczy: SWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów dla produktów dystrybuowanych w j. angielskim? Uzasadnienie: Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022r., Art. 12 oficjalnie to umożliwia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet nr 17 – Podłoża płynne do diagnostyki mikrobiologicznej

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych o objętości 9 ml lub 5 ml? Wykonawca jednocześnie prosi o podanie ilości probówek jakie ma zaoferować w formularzu cenowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na probówki 5ml.

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 20 – Szybkie testy diagnostyczne

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu składającego się z: testu, próbki z buforem i instrukcji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z parametrami czułości analitycznej dla toksyny B 7 ng/ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zewnętrznej kontroli pozytywnej (minimum 4 na rok)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 6 odstąpi od wymogu przechowywania próbki do badania do 72 godzin? Oferowany test deklaruje wykorzystanie próbki do badań w ciągu 24h.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o parametrach - czułości: 97,3% i swoistości: 97,1% dla rotawirusów oraz czułości: 95,2% i swoistości: 97,7% dla adenowirusów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o parametrach - czułości: 95,7% i swoistości: 91,7%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 21 – Odczynniki do diagnostyki grzybów, i innych wybranych mikroorganizmów na 24 miesiące

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 56 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

