

Bytom dnia: 2025-02-11

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu 121, poz. 4.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 5 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 5 szt., lub 2 op. – czyli 10 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 128, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk – co ułatwia docisk maski do twarzy pacjenta. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Maski wykonana jest z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, nie posiada lateksu ani DEHP, wyposażona jest w łączą 22MM, może być sterylizowana w autoklawie w temp. 134 st. C; występuje w różnych rozmiarach do wyboru: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, gdzie rozmiary 00-2 mają okrągły kształt, natomiast 3-5- są anatomicznie uformowane w kształcie kropli.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy pakietu 131, poz. 2.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 20 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 20 szt., lub 2 op. – czyli 40 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 164, poz. 1.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 25 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 25 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 164, poz. 2.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 25 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 25 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 166, poz. 2.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 5 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 5 szt., lub 2 op. – czyli 10 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 166, poz. 3.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 20 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 20 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 166, poz. 7 - Trójkąt Y do układu jednorazowego

W związku z niedostępnością łącznika Y, prosimy o dopuszczenie łącznika prostego, typu ISO.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu 175, poz. 4.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 10 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 10 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 175, poz. 5.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 10 szt., zwracamy się o możliwość zaoferowania 1 op. – czyli 10 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 205, poz. 3.

W związku z jednostką handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 5 szt., prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje 2 op., czyli 10 szt., czy 1 op. – 5 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 225, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,9999\%$ i wirusowej $\geq 99,999\%$, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 27,3 g, objętość wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu $\leq 1,31$ cmH₂O przy 30L/min oraz $\leq 2,81$ cm H₂O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Filtr z nadrukami na obwodzie filtra: nazwa i opis przestrzeni martwej, oznakowanie pozycji portów Co₂, oznaczenie tygodnia, dnia i godziny podłączenia filtra, oznaczenie rodzaju produktu; kodowany kolorystycznie kodem czerwonym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy pakietu 252, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

