



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/3/2022

Brzeg, 28.12.2022 r.

**Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

IV WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – PN/3/2022.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, informuje, że z powodu bardzo dużej ilości pytań, które wpłynęły do treści SWZ, zostały przez omyłkę pominięte odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców, które wpłynęły dnia 1.12.2022 r.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.*) poniżej udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz **przedłuża terminy:**

- składania ofert z dnia 02/01/2023 godz.: 9:30 na dzień **05/01/2023 godz.: 9:30**,
- otwarcia ofert z dnia 02/01/2023 godz.: 10:00 na dzień **05/01/2023 godz.: 10:00**
- związania z ofertą do dnia z dnia 01/04/2023 na dzień **04/04/2023.**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 pozycja 2** dopuści igły o średnicy igły 22-25 G ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 pozycja 7** dopuści pętle heksagonalne o średnicy pętli 10,15,20,25,30,35 mm, średnicy drutu tnącego 0,47 mm oraz średnicy osłonki 2,3 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 pozycja 13** dopuści pętle typu COLD o średnicy osłonki 2,3 mm zamiast 2,4 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 pozycja 14** dopuści pętle 6 mm o średnicy osłonki 2,3 mm i długości roboczej 2300 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 pozycja 16** dopuści klipsownice o rozwarciu ramion 13 mm zamiast 11 mm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 pozycja 16** dopuści klipsownice o stopniu zagięcia ramion klipsa 135 stopni zamiast 90 stopni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ. Zaktualizowany SWZ** zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego

.....
Kierownik Zamawiającego