

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 53

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Pakietu nr 142, 143, 190, 229, 230, 253 przedmiotowego zamówienia :

Pytania do pakietu nr 142 Pytanie numer 1 do pozycji 1 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm, średnica trzpienia 4 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 2 do pozycji 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody pakowane po 5 sztuk ponieważ podane wyposażenie występuje w opakowaniu zbiorczym po 5 sztuk i nie ma możliwości jego rozdzielania. Jednocześnie informujemy iż producent chcąc przestrzegać wszelkich obowiązujących norm i przepisów nie może rozpakowywać opakowań zbiorczych przed ich dostarczeniem do szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie numer 3 do pozycji 2 Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyk zamawiający miał na myśli czy to ma być jeden pin czy 3 pin?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1 pin.

Pytanie nr 4 do poz. 3 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli pincetę bipolarną prostą , izolowaną długości 190mm z końcówkami roboczymi dł.8mm grubości 1mm, z zamknięciem równoległym z dystansem ?

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 195 mm



Czy zamawiający miał na myśli pincetę bipolarną, izolowaną długości 190mm z końcówkami roboczymi dł. 10mm, grubości 1mm , z zamknięciem punktowym bez dystansu?

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia prowadzącego



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga końcówek z zamknięciem równoległym dystansem.

Pytania do pakietu numer 143

Pytanie numer 5 do pozycji 1 Czy zamawiający wymaga dostarczenie elektrod neutralnych wykonanych na włókninie (przepuszczalnej dla powietrza),dzielonej, z symetrycznymi, równymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią 23cm² nie połączoną z połówkami elektrod. 1op=50szt. ? Dzięki zastosowanej konstrukcji elektroda jest elektrodą bezkierunkową, co zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjentowi oraz nie wymaga od personelu zachowywania kierunkowości przy jej aplikacji. Jednocześnie wykonanie elektrody z przepuszczalnego tworzywa a nie pianki zapobiega „poceniu się pod elektrodą” zapewniając optymalne bezpieczeństwo pracy . W przypadku stosowania elektrody z urządzeniami ERBE elektrody posiadają pełną kompatybilność z systemami zabezpieczającymi w aparatach ERBE na co dostawca udziela pisemnej gwarancji wydanej przez producenta urządzenia opisanego w SIWZ , zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pracy pacjentowi i użytkownikowi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak wymaga.

Pytanie numer 6 do pozycji 3 Czy zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną dł 225mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 7 do pozycji 3 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli szczypce bipolarne proste, dł. 22-23cm z końcówkami roboczymi dł. 10mm grubości 2mm, z zamknięciem punktowym, pinceta/szczypce bez dystansu ?

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 225 mm

bez trzpienia prowadzącego



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie numer 8 do pozycji 4 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiające miał na myśli kabel do instrumentów laparoskopowych średnica w cyklu 4 mm

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m

do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji



czy 3 mm do instrumentów endoskopowych

Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m

do instrumentów endoskopowych OLYMPUS, ø 3 mm



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli kable o średnicy 4 mm do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji.

Pytanie numer 9 do pozycji 5 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę kulkową dł. 4cm średnicy 5mm? Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenie elektrod ze średnicą trzpienia 2,4mm czy 4mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrod ze średnicą trzpienia 4 mm.

pytanie numer 10 do pozycji 5 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody pakowane po 5 sztuk ponieważ podane wyposażenie występuje w opakowaniu zbiorczym po 5 sztuk i nie ma możliwości jego rozdzielania. Jednocześnie informujemy iż producent chcąc przestrzegać wszelkich obowiązujących norm i przepisów nie może rozpakowywać opakowań zbiorczych przed ich dostarczeniem do szpitala. Pytania do pakietu nr 190

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie numer 11 do poz. 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody neutralne wykonane na włókninie (przepuszczalnej dla powietrza),dzielone, z symetrycznymi, równymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią 23cm² nie połączoną z połówkami elektrod. 1op=50szt. ? Dzięki zastosowanej konstrukcji elektroda jest elektrodą bezkierunkową, co zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjentowi oraz nie wymaga od personelu zachowywania kierunkowości przy jej aplikacji. Jednocześnie wykonanie elektrody z przepuszczalnego tworzywa a nie pianki zapobiega „poceniu się pod elektrodą” zapewniając optymalne bezpieczeństwo pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 12 do poz. 2 Czy zamawiający dopuści do postępowania kabel elektrod jednorazowych dł. 4 m?

Pytania do pakietu nr 229

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 do pozycji 1 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiające miał na myśli :Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14 do pozycji 1 i 2 Prosimy po doprecyzowanie czy w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” zamawiający miał na myśli opakowania czy sztuki ? ponieważ podane wyposażenie jest pakowane pojedynczo.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia: opakowania.



Pytanie 15 do pozycji 3 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający miał na myśli Elektroda igłowa, prosta, izolowana, \varnothing 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16 do pozycji 4 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie numer 17 do pozycji 4 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody pakowane po 5 sztuk ponieważ podane wyposażenie występuje w opakowaniu zbiorczym po 5 sztuk i nie ma możliwości jego rozdzielania. Jednocześnie informujemy iż producent chcąc przestrzegać wszelkich obowiązujących norm i przepisów nie może rozpakowywać opakowań zbiorczych przed ich dostarczeniem do szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 18 do pozycji 5 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody pakowane i dostarczane w ilości min 25 sztuk? ponieważ podane wyposażenie występuje w opakowaniu zbiorczym po 25 sztuk i nie ma możliwości jego rozdzielania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 19 do pozycji 6 Czy zamawiający wymaga dostarczenie elektrod neutralnych wykonanych na włókninie (przepuszczalnej dla powietrza), dzielonej, z symetrycznymi, równymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią 23cm² nie połączoną z połówkami elektrod. 1op=50szt. ? Dzięki zastosowanej konstrukcji elektroda jest elektrodą bezkierunkową, co zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjentowi oraz nie wymaga od personelu zachowywania kierunkowości przy jej aplikacji. Jednocześnie wykonanie elektrody z przepuszczalnego tworzywa a nie pianki zapobiega „poceniu się pod elektrodą” zapewniając optymalne bezpieczeństwo pracy . W przypadku stosowania elektrody z urządzeniami ERBE elektrody posiadają pełną kompatybilność z systemami zabezpieczającymi w aparatach ERBE na co dostawca udziela pisemnej gwarancji wydanej przez producenta urządzenia opisanego w SIWZ , zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pracy pacjentowi i użytkownikowi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.

Pytania do pakiet 230

Pytanie nr 20 do poz. 6 Czy zamawiający wymaga dostarczenia wkładu roboczego do instrumentu z poz.5 ? Jeśli tak to czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający wymaga dostarczenia wkładu średnicy 5mm dł 350mm z końcówkami Micro ze żłobieniem (radełkami) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie numer 21 do pozycji 7 Czy ze względu na fakt iż w pozycji nr 7 zamawiający wymaga dostarczenia 10 kompletów składających się z uchwytu monopolarnego oraz elektrody igłowej, które są dostarczane w opakowaniach zbiorczych 1op=5szt. a wykonawca chcąc przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów nie może rozpakowywać opakowań zbiorczych przed dostarczeniem ich do zamawiającego. W związku z powyższym czy zamawiający : Opcja 1 – rozdzieli pozycję nr 7 na dwie pozycje w której jedną będą stanowić uchwyty monopolarne a druga elektrody igłowe pakowane po 5szt. Opcja 2 czy zamawiający nie rozdzielając wyposażenia w pozycji nr 7 zadeklaruje możliwość zamawiania uchwytów z elektrodą igłową w ilości 5 zestawów lub krotności 5 zestawów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie numer 22 do pozycji 8 Prosimy o doprecyzowanie który instrument Zamawiający miał na myśli:

f

BiClamp 260 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 260 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
np. A. prostatektomii lub zabiegach chirurgii dróg moczowych



No. 20195-299



+T

0.25 kgp

max 95 °C



3.1195-003

max 138 °C

BiClamp 271 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
w zabiegach chirurgii dróg moczowych, np. operacjach pętl. zrostadka lub histerektomii brzusznej



No. 20195-203



+T

0.25 kgp

max 95 °C



3.1195-003

max 138 °C

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli instrument o parametrach zbliżonych do NO.20195-203.

Pytanie numer 23 do pozycji 10 Czy zamawiający dopuści do postępowania szczypce bipolarne proste, szerokość 2 mm, długość 225 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie numer 24 do pozycji 11 Czy zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki laparoskopowe typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz \varnothing 5 mm, długość 340 mm ? informujemy iż opisane przez Zamawiającego wyposażenie przestało być produkowane Pytania do pakiet 253

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 do poz. 4 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zamawiający w poz. 4 wymaga dostarczenia 1 kompletu składającego się z z Bipolarnych kleszczyków do cięcia i koagulacji bipolarnej dł. 35cm śr. 5mm z końcówkami radełkowanymi + kabel przyłączeniowy do instrumentu ? Podany opis wskazuje na 2 produkty które przypadku dostawy na FV będą widniały jako dwie pozycje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kompletu.

Pytanie numer 26 do pozycji numer 7 Czy ze względu na fakt iż w pozycji nr 7 zamawiający wymaga dostarczenia 4 kompletów składających się z uchwytu monopolarnego oraz elektrody igłowej które są dostarczane w opakowaniach zbiorczych 1op=5szt. a wykonawca chcąc przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów nie może rozpakowywać opakowań zbiorczych przed dostarczeniem ich do zamawiającego. W związku z powyższym czy zamawiający : 1 – rozdzieli pozycję nr 7 na dwie pozycje w której jedną będą stanowić uchwyty monopolarne a druga elektrody igłowe pakowane po 5szt. Opcja 2 czy zamawiający nie rozdzielać wyposażenia w pozycji nr 7 zadeklaruje możliwość zamawiania uchwytów z elektrodą igłową w ilości 5 zestawów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie numer 27 do pozycji numer 8 Prosimy o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego bipolarnego instrumentu do koagulacji z funkcją przecinania za pomocą bipolarnego prądu, zakrzywiony dł. 350 mm wraz z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4m. Instrument w całości obsługiwany z ręki, 1 opakowanie 5 sztuk, ponieważ opisane przez Zamawiającego wyposażenie przestało być produkowane . Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę w kolumnie ilości na op. gdyż wyposażenie jest pakowane po 5 szt. a producent chcąc stosować się do obowiązujących przepisów nie ma prawa rozpakowywania opakowania zbiorczego które jest pakowane w

specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach zgodnymi z obowiązującymi normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie numer 28 do pozycji numer 9 Czy zamawiający dopuści do postępowania szczypce bipolarne proste, szerokość 2 mm, długość 225 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 29 do pozycji numer 10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków laparoskopowych typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz \varnothing 5 mm, długość 340 mm ponieważ opisane przez Zamawiającego wyposażenie przestało być produkowane

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 30 do pozycji numer 12 Ze względu na fakt iż wymagane przez zamawiającego wyposażenie przestało być produkowane a obecnie produkowane uchwyty argonowe posiadają zintegrowany uchwyt wraz z kablem dł 3m oraz aplikator argonowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aplikatora argonowego wraz z uchwytem z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł 3m oraz zintegrowanym aplikatorem z wysuwaną elektrodą szpikulową, długości 35mm / lub uchwytu z aplikatorem dł. 100mm, lub uchwytu z aplikatorem dł 350mm ? Prosimy o wskazanie jakich aplikatorów wymaga zamawiający, jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę w kolumnie ilości na op. gdyż opisane wyposażenie jest pakowane po 5 szt. a producent chcąc stosować się do obowiązujących przepisów nie ma prawa rozpakowywania opakowania zbiorczego które jest pakowane w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach zgodnymi z obowiązującymi normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aplikatorów o długości zarówno 35 mm/100mm/350mm – zamówienia składane w zależności od potrzeb (doprecyzowane na etapie składania zamówienia).

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 142,143 Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie wielorazowe na które producent udziela od 6- 12 mc gwarancji w zakresie wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej na etapie produkcji. Gwarancja nie obejmuje naturalnego wyeksploatowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas używania wyposażenia lub nieprawidłowego używania instrumentu przez użytkownika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

