

Chełm, dnia: 2024-08-07

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych**
Numer referencyjny: **ZP.3311.27-1.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 22

1. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 22 w poz. 2 gąbki żelatynowej w rozmiarze 70 mm x 50 mm x 10 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 22 w poz. 3 gąbki żelatynowej w rozmiarze 70 mm x 50 mm x 1 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 22 w poz. 2 i 3 gąbek żelatynowych pakowanych po 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. :

- 1) Poz. 2 – 15 op;
2) Poz. 3 – 7 op?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 32

4. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 32 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg , w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, z indykátorem zużycia, w kanistrach 5 kg?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 32 na przeliczenie ilości w przypadku dopuszczenie wapna o gramaturze 5 kg - tj. 90 opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chętnie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/