



Instytut Kardiologii
IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

IK-EZP/065/106 /2019

Warszawa, dnia 14.02.2019r.

SPROSTOWANIE Odpowiedzi na pytania (3)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), **Zamawiający** – Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje sprostowania treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„Wyrobów medycznych”

- Znak sprawy: ZP 005/2019

Zamawiający dokonuje sprostowania treści odpowiedzi w Wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ (3), która otrzymuje brzmienie:

Pytanie 32

Część 26:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, tak jak obecnie stosowany, składającego się z komory pomiarowej 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce, dren odporny na załamania, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek moczu, sterylny, termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Tomasz Berdyla