

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 14.09.2022r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN - 43/22/10/2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym PN - 43/22/10 na Usługę serwisową Rezonansu Magnetycznego.

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści: na mocy art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielamy ***wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.***

Treść pytań:

1. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia helu.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że Wykonawca nie jest w stanie oszacować ile litrów helu będzie niezbędne do zapewnienia prawidłowej obsługi przez okres 36 miesięcy, a co za tym idzie, nie jest w stanie przeprowadzić prawidłowej kalkulacji.

Alternatywnie prosimy o konkretne wskazanie ile litrów helu Wykonawca ma zapewnić w ramach opieki serwisowej przez okres 36 miesięcy. Po wyczerpaniu wskazanej puli Wykonawca będzie przedstawiał ofertę na zakup helu Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia helu.

2. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2

Prosimy o wyłączenie "*magnesu nadprzewodzącego zdefiniowanego od komory próżniowej do displacera - wyłączenie dotyczy tylko samego magnesu*". Zwracamy uprzejmie uwagę, że magnes nadprzewodzący nie jest standardową częścią zamienną a jego wymiana wiąże się z bardzo wysokim kosztem i długim czasem przestoju.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza magnes nadprzewodzący zdefiniowany od komory próżniowej do displacera.

3. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie elementów wyposażenia dodatkowego określonego we wskazanej odpowiedzi.


Odpowiedź: Zamawiający jako części dodatkowe ma na myśli cewki odbiorcze, słuchawki, przycisk alarmowy, system monitorujący oddech i system do pomiaru czynności serca, komputer w sterowni technika, monitor.

W wyniku dokonania modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający mając na względzie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert i termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje wykonawców, iż dokonał zmiany specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

Termin składania ofert: 19.09.2022r. godz. 08:00 (rozdział XVIII SWZ)

Termin otwarcia ofert: 19.09.2022r. godz. 08:30 (rozdział XIX pkt 3 SWZ)

Termin związania ofertą: 18.10.2022r. (rozdział XV pkt 1 SWZ)

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel