



oznaczenie sprawy: AZP-261-38/2023

Zamawiający:

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
02-093 Warszawa.
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:

Wszystkich zainteresowanych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej, jako "Pzp", "ustawa Pzp",

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości powyżej 623 504 zł, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn. **Dostawa sprzętów do laboratoriów tworzonych w ramach projektu NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych**, znak sprawy: **AZP-261-38/2023**,
✓ **Część nr 23 - Zmywarka Laboratoryjna.**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił ww. postępowanie w Części nr 23 - Zmywarka Laboratoryjna, z powodu uchylenia się od zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 Pzp.

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 7, w zw. z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu na Część nr 23 - Zmywarka Laboratoryjna zostały złożone w terminie trzy oferty:

- a) TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, NIP 5272680141, REGON 146196211, KRS nr 0000426304;
- b) Agata Siwek Labopol, Polwater, ul. Zawila nr 55B, 30-390 Kraków, NIP 676 229 23 17, REGON 120 347 430;
- c) Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska nr 22, 03-902 Warszawa, NIP 113-29-53-594, REGON 368429821, KRS nr 0000705687.

Oferta TRONUS POLSKA Sp. z o.o. TRONUS POLSKA SP. Z O.O., ul. ORDONA 2A, 01-237 Warszawa, NIP 5272680141, REGON 146196211, KRS nr 0000426304, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający poinformował o tym w zawiadomieniu z dnia 18.08.2023 r. przekazanym środkiem komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem zakładki „Wiadomości: na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Dokumenty zamówienia” oraz „Wyniki/Unieważnienia” tj. <https://e-propublico.pl>.



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Najwyżej oceniony Wykonawca: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska nr 22, 03-902 Warszawa, NIP 113-29-53-594, REGON 368429821, KRS nr 0000705687, poinformował Zamawiającego, w wiadomości mailowej z dnia 30.08.2023 r., że dla parametrów – określonych przez Zamawiającego w pkt. 15,16 oraz 18 kolumny B Załącznika 2.23 – Parametry: „Nie ma możliwości dozownika na proszek w drzwiach raz z 2 wbudowanymi pompami więc wskazałem model bez dozownika proszku ale za to z dwoma pompami – lepsze rozwiązanie. W katalogu była tylko informacja, że jest możliwość 2 pomp w zależności od opcji. Niestety w opcji dozownika na proszek w drzwiach nie może być 2 pomp. Nie jestem pewna czy w tym wypadku możemy podpisać umowę na zmywarę.” – cyt.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę ostatecznie, pismem z dnia 30.08.2023 r., do podpisania umowy lub do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od jej podpisania - najpóźniej do dnia 1.09.2023 r. Na ww. wezwanie, Wykonawca: Th.Geyer Sp. z o.o. nie udzielił żadnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie. W dniu 4.09.2023 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę: Th. Geyer Polska Sp. z o.o. iż uznaje, że ww. Wykonawca uchyła się od zwarcia umowy na Część nr 23 – Zmywarka Laboratoryjna w postępowaniu: Dostawa sprzętów do laboratoriów tworzonych w ramach projektu NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, znak sprawy: AZP-261-38/2023.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 263 Pzp, dokonał ponownego badania i oceny oferty spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców i skierował do: Agata Siwek Labopol, Polwater, ul. Zawila nr 55B, 30-390 Kraków, NIP 676 229 23 17, REGON 120 347 430 w dniu 4.09.2023 r., na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, wezwanie do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty na Część nr 23 – Zmywarka Laboratoryjna. Zamawiający żądał w szczególności wyjaśnienia, czy wobec zaoferowania następującego modelu: „Miele Sp. z o.o. Automat myjąco dezynfekujący PG 8583 AE-WW-AD-LD” przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności w pkt. 15, 16 i 18 Załącznika 2.23 - Parametry do SWZ.

Na powyższe wezwanie Wykonawca: Agata Siwek Labopol, Polwater w dniu 7.09.2023 r. udzielił odpowiedzi: „W odpowiedzi na Państwa wezwanie, nie jesteśmy w stanie zaoferować urządzenia które spełniało by założone parametry. W punkcie 18 „18. 2 pompy wewnętrzne do dozowania detergentów płynnych”.

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7, w zw. z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu