



Znak sprawy: ADZP-381-A-229/24

Poznań, 10.10.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego posiewu krwi” - znak sprawy ADZP-381-A-229/24.**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08-09.10.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z Regulaminem Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolumny „oferowana ilość opakowań”, która pozwoli na obliczenie wartości netto i wartości brutto w prawidłowy sposób.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

PYTANIE 2: Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy na: „Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii można dokonywać w dni robocze w godzinach 7.00-17.00 na numer tel. lub droga elektroniczną na adres email:

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

PYTANIE 3: Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy na: „Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 1 dnia roboczego od przystąpienia do usunięcia awarii i do 3 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

PYTANIE 4: Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy na: „W przypadku nieusunięcia awarii, w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu określonego w ust. 6 oraz do dokonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do naprawy awarii, lub zabezpieczy wykonanie badań w laboratorium zewnętrznym”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

PYTANIE 5: Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 1, pkt. 1-5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy na: „1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 1) za zwłokę w dostawie lub reklamacji Towarów w wysokości 2% wartości niezrealizowanej dostawy lub reklamowanego Towaru, jednak nie mniej niż 20 złotych za każdy dzień zwłoki; 2) za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w § 3 ust. 2 Umowy w wysokości 200 złotych za każdy roboczy dzień zwłoki; 3) za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 5 i 6 Umowy w wysokości 1% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego; 4) za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 7 i 8 w wysokości 1% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego; 5) za niewykonanie

czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy w wysokości 2% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego;"

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

PYTANIE 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie systemu zdalnego wsparcia serwisowego RSS, który zapewnia natychmiastową możliwość diagnozy problemu i analizę błędów oraz wewnętrznych danych aparatu? System RSS umożliwia zdalną identyfikację problemu i jego usunięcie, a jeśli jest to niemożliwe dane jakie dostarcza powodują, że naprawa serwisowa jest szybka i bardziej efektywna.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 16) Ogłoszenia o zamówieniu modyfikacji ulegają następujące dokumenty:

- Zał. nr 2 a i b - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych
- Zał_3_do Ogłoszenia - wzór Umowy.

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, informujemy iż zostaje zmieniony termin składania ofert:

z dnia 11.10.2024 r. godz. 10:00,

na dzień 16.10.2024 r. godz. 10:00,

oraz termin otwarcia ofert:

z dnia 11.10.2024 r. godz. 11:00,

na dzień 16.10.2024 r. godz. 11:00,

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono i są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Izabela Marciniak

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753
e-mail: karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzóska 1
60-663 Poznań