

**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**

Szpitalna 60  
16-400 Suwałki  
.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:	Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium.
Numer referencyjny:	24/PN/WU/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Uczestnik 1**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści implanty równoważne w pakiecie 13:

1. Element udowy (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w wersji UC, DD(CR) i PS; cementowany;
2. Element piszczelowy wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w 11 rozmiarach, z możliwością stosowania trzpieni przedłużających lub korka PEEK; cementowany;
3. Wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji UC oszczędzającej tkankę kostną;
4. Trzpień przedłużający piszczelowy w 3 średnicach i 2 długościach;
5. Podkładki kolanowe;
6. Cement z gentamycyną do wyboru - szybko lub wolno wiążący – 40g-60g zintegrowany z mieszalnikami;
7. Ostrze do napędu;
8. Jednorazowy zestaw do płukania i ssania niezależny od napędu;
9. Nie wymagający oddzielnego mieszalnika

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający  
**Z-ca Dyrektora**  
d/s. Lecznictwa  
*Szpitala Wojewódzkiego*  
*m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach*

**Włodzimierz Żaworonok**