

Bytom dnia: 2019-04-23

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy pakietu 10, poz. 3.

Prosimy o wykreślenie pozycji nr 3 z pakietu nr 10, ponieważ asortyment ten jest już niedostępny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż po rozeznaniu rynku w/w pozycji produkcja jest płynna a adapter jest w stałej sprzedaży na rynku.

Dotyczy pakietu 11, poz. 7.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 7 poza łącznikiem typu „Y”, będzie oczekiwał również łącznika typu ISO (prosty) z noworodkowym czujnikiem przepływu, z możliwością wyboru?



łącznik „Y”



, łącznik ISO (prosty)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 7 poza łącznikiem typu „Y”, będzie oczekiwał również łącznika typu ISO (prosty) z noworodkowym czujnikiem przepływu, z możliwością wyboru łącznik „Y”, łącznik ISO (prosty)

Dotyczy pakietu 19, poz. 1.

Prosimy o wykreślenie pozycji nr 1 z pakietu nr 19, ponieważ asortyment ten jest już niedostępny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pozycji nr 1 dopuszcza dodatkowe kable łączące, umożliwiające pomiar saturacji z czujnikami MASIMO-LNCS

Dotyczy pakietu 21, poz. 3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał w pozycji nr 3 także masek w rozmiarach 4, 5 i 6 przeznaczonych dla dzieci o masie ciała od 2 do 5 kg., z elastomeru termoplastycznego, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w harmonijkową podstawę, umożliwiającą naturalne ułożenie maski na nosie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wszystkich rozmiarów masek - do wyboru zamawiającego

Dotyczy pakietu 21, poz. 2.

Prosimy o wskazanie rozmiaru głowicy: S, M, czy L?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozmiar głowicy: S, M, czy L- do wyboru zamawiającego

Dotyczy pakietu 56, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie - Hydrożelowa osłonka do noworodkowego czujnika temperatury, zapobiegająca nagrzewaniu, wyposażona w hypoalergiczną warstwę klejącą, pięcioramienny kształt umożliwia precyzyjne umocowanie, osłonki dostępne w dwóch rozmiarach S/M oraz L, pakowane po 100 szt. W przypadku dopuszczenia prosimy o zmianę jednostki na 1 op. = 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakietu 60, poz. 1.

W związku z wielkością jednostki handlowej, jaka dla tego asortymentu jest opakowanie zawierające 25 szt., prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary na 1 op. = 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 62, poz. 1.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 1 poza układem z ogrzewanym ramieniem wdechowym będzie oczekiwał również układu o tożsamy parametrach, ale z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z możliwością wyboru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza układ z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z możliwością wyboru przez zamawiającego

Dotyczy pakietu 62, poz. 7.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 7 poza łącznikiem typu „Y”, będzie oczekiwał również łącznika typu ISO (prosty) z noworodkowym czujnikiem przepływu, z możliwością wyboru?



łącznik „Y”



, łącznik ISO (prosty)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 7 poza łącznikiem typu „Y”, będzie oczekiwał również łącznika typu ISO (prosty) z noworodkowym czujnikiem przepływu, z możliwością wyboru przez zamawiającego

Dotyczy pakietu 106, poz. 1 i 2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy podana liczba (40) w pozycji nr 2 i 3 odnosi się do ilości sztuk w opakowaniu? Jeżeli tak prosimy o dopuszczenie czujników pakowanych po 5 szt. i stosowną zmianę w szacowanej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli 80szt. w pozycji 2 i 3. Zamawiający dopuszcza opakowanie mniejsze niż 40szt.

Dotyczy pakietu 126, poz. 1.


Prosimy o dopuszczenie - **Filtr mechaniczny**, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 47 g, objętość wewnętrzna 80 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,41 cmH2O przy 30L/min oraz 3,21 cm H2O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający Dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy pakietu 60, poz. 1 i 2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów Microstream?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zestawów Microstream

Dotyczy pakietu 110, poz. 3.

W związku z tym, że złącze sprężonego powietrza znajduje się w komplecie z nebulizatorem i nie jest dostępne, jako oddzielna pozycja, prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji 3 z pakietu nr 110.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza komplety nebulizatora ze złączem sprężonego powietrza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

