

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu 32, poz.1

Prosimy o dopuszczenie - Filtr elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,99\%$, i wirusowej $\geq 99,9\%$, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania $\geq 32,2 \text{ mgH}_2\text{O/L/VT}=250\text{mL}$ złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 12,4 g, objętość wewnętrzna 25 ml, zakres objętości oddechowej 100-500 ml, opór przepływu $\leq 1,1 \text{ cmH}_2\text{O}$ przy 15L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 32, poz.2

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,99\%$ i wirusowej $\geq 99,9\%$, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania $\geq 37,7 \text{ mgH}_2\text{O/L/VT}=500\text{mL}$ złącze kątowe/proste, o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 19,3 g, objętość wewnętrzna 60 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu $\leq 1,3 \text{ cmH}_2\text{O}$ przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego zgodnie z dokumentacją SWZ.

Dotyczy pakietu 32, poz.3

Prosimy o dopuszczenie - Filtr elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,99\%$, i wirusowej $\geq 99,9\%$, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 14 g, objętość wewnętrzna 20 ml, zakres objętości oddechowej 100-500 ml, opór przepływu $\leq 1,3 \text{ cmH}_2\text{O}$ przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 6 Projekt umowy

§ 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- pkt. 1) 0,2%?

- pkt 2) 0,2%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

