

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający może zamówić nie dostarczoną partię towaru u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciąży Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu umowy w całości lub w części w celu jego wymiany przez Wykonawcę na wolny od wad lub zgodny z przedmiotem umowy, na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właściwy, zgodny z warunkami niniejszej umowy przedmiot zareklamowany w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nieuzasadnione odrzucenie reklamacji, o której mowa w ust. 8 może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnego powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania odstąpić od niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, o którym mowa w ust. 1 oraz załączniku do niniejszej umowy o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Stopień realizacji umowy uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji w mniejszym zakresie niż to wynika z wartości umowy. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest zobowiązany do nabycia od Wykonawcy dostaw o wartości brutto stanowiącej co najmniej 80% ceny brutto umowy wskazanej w ust. 1.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może zbyć osobie trzeciej długów Zamawiającego bez jego pisemnej zgody oraz zgody organu tworzącego tj. Województwa Lubelskiego, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie;”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 100 zł na 50 zł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ust. 6 poniżej, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto wymienionej w § 5 ust. 1 umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Za naruszenie postanowień określonych w §5 ust. 8 i 9 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% kwoty objętej czynnością prawną mającą na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanki do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w zakresie i terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 umowy oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 9 i 10 umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej parametry :

Poz. 1

Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: O 6 – 7 – 8 mm, 8-9-10 mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15,5mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20mm; Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 2

Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 30 cc, max ciśnienie 30 atm;

Poz. 3

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość narzędzia 1200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 4

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, obie łyżeczki uchylne do biopsji sztucznych, długość narzędzia 1200mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec

Odpowiedź: do wszystkich pytań dot. zadania 1 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej parametry :

Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, w składzie: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 160 cm przeciągniętym przez usuwany kateter ułatwiający przeprowadzenie zestawu przez kanał roboczy endoskopu znacznie skracając czas przygotowania narzędzia do zabiegu , nasadka typu OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przezroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, sygnalizacja dźwiękowa informująca o zrzuceniu kolejnych opasek., nasadka w rozmiarze 9.5mm-11,5mm,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej parametry :

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku długość narzędzia 1600mm lub 2300mm do wyboru zamawiającego, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą EO

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy zadania 9

Czy Zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej parametry :

Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrótowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm ,13mm i 16 mm , stopień zagięcia ramion klipsa 90 -135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość repozycjonowania. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk -/-*