

Bytom dnia: 2023-01-18

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 1/1PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Ad Pakiet 11 poz. 1

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada monitory BeneView T5 wyposażone w moduły pomiarowe z technologią Nellcor OxiMax i czy w związku z tym takie czujniki należy zaoferować? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oryginalnych czujników producenta dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowego czujnika saturacji typu klips na palec ze zintegrowanym kablem o długości ok. 1 m, z kablem połączeniowym o długości 2,5 m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający