

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa ambulansu typu C do SPZOZ w Siedlcach.

Numer referencyjny: ambulans/480/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,05m (przed adaptacją 3,08m) szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, z drzwiami na przegrodzie o wysokości 1,55m które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez autoalarmu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Tak.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą,

posiadający alternator o mocy 185A ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Tak.

Pytanie 4.

Prosimy o możliwość zaoferowania ambulansu typu C o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5t ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 4

Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania standardowe butle tlenowe 10l ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga zaoferowania butli - zapewnia je we własnym zakresie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację mechaniczną oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 6

Tak.

Pytanie 7

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 7

Nie. Zamawiający nie dopuszcza nadwozia typu kontener.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (....) m.in. "homologację typu całego pojazdu", "homologację typu UE", "indywidualne dopuszczenie pojazdu", itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789. Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego lub badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 8

Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 9

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 10

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający wysokość przejścia na przegrodzie 1500 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 11

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z systemem serwisowym wyświetlającym komunikat o konieczności wykonania przeglądu w chwili zaistnienia takiej potrzeby ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 12

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści ambulans, gdzie funkcja doświetlania zakrętów jest realizowana przez zintegrowane Reflektory LED Dwu Optyczne, znacznie zwiększające stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiające widoczność podczas trudnych warunków pogodowych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 13

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego i zabudowy z dojazdami płaci Zamawiający ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 14

Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodu bazowego dokonywane będą w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) po stronie Wykonawcy.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie , że ambulans musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) zainstalowane pod autem lub w innym miejscu do tego dedykowanym? Przy obecnym zapisie każdy wykonawca zaoferuje koło zapasowe luzem, a Zamawiający będzie zmuszony kupić samodzielnie mocowanie i uchwyty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 15

Tak. Pełnowymiarowe koło zapasowe ma być zamocowane w miejscu do tego dedykowanym.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę do 30.04.2025r. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 16

Tak. Zmienia się termin wykonania zamówienia na 30.04.2025r.

Pytanie 17

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 17

Tak.

Pytanie 18

Prosimy o wyrażenie zgody na fotel u wezgiłowia noszy bez możliwości przesuwu, jeśli jego usytuowanie jest ergonomiczne i zapewnia komfort pracy dla personelu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 18

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Zamawiający