

Bytom dnia: 2021-04-23

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa preparatów myjących i dezynfekujących dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 9/9PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**do części nr 1 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu. Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S – zgodnie z EN 13704 i EN 17126(B.subtilis) – wykazujący ograniczone spectrum bójcze od 0,5% a maksymalny zakres bójczy w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, bez aktywatora, o trwałości roztworu roboczego do 36 godzin, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z dołączonymi paskami testowymi w ilości 25 sztuk do opakowania?

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich o pożądanym spektrum działania.**

**do części nr 5 poz. 1 i 2** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego(lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spectrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spectrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, kompatybilny z twardą wodą, dopuszczający zanurzenie narzędzi i w roztworze płynu do 72 godzin, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L w pozycji 1 z dołączoną pompką dozującą i kluczem do kanistra i opakowaniu 2L w pozycji 2z dołączoną miarką dozującą?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga preparatu o czasie działania bójczego do 10 minut.**

**do części nr 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 2,5 kg, spełniający wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuści, po warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.**

**do części nr 9 poz. 1 i 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracji do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, masek, inkubatorów, na bazie czwartorzędowych związków amonowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania: B Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa, z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, w opakowaniu a 2L oraz 5L z pompką?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SWZ.**

**do części nr 11 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu a 2,5kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.**

**do części 16 poz. nr 1 i 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat do dezynfekcji małych powierzchni na bazie mieszaniny alkoholi bez aldehydów i fenoli, skuteczny wobec: Bakterii ( w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae ), Tbc ( M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy( Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie nie . przebadany na wskazanych organizmach testowy i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać gotowa do użycia z dozownikiem typu atomizer 1L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SWZ.**

W imieniu Zamawiającego:

