

**Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów do sterylizacji.

Numer referencyjny: PN/23/12/24

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakiet nr 7: Czy Zamawiający dopuści testy o szybkim odczycie – 20min. wraz z użyczeniem kompatybilnego autoczytnika na czas trwania umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1., punkt 2-6): Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 2% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1., punkt 7): Uprzejmie prosimy o odstąpienie od dodatkowej kary 500,00zł w przypadku zakupu interwencyjnego. Wykonawca już zobowiązany jest do pokrycia w tej sytuacji różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną zaoferowaną w przetargu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Zestaw II**

### **Pytanie nr 1**

Pakiet nr 7, pozycja 1.

Zwracam się do Zamawiającego z pytaniem, czy wymaga aby w pakiecie 7, pozycji nr 1 ampułkowy test biologiczny był dodatkowo zgodny z posiadanym przez Szpital/Zamawiającego autoczytnikiem do odczytu testu, model 490 oraz jego instrukcją obsługi ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza lecz nie wymaga.**

## **Zestaw III**

Czy możemy wysłać do Państwa naszego kuriera po odbiór aktualnie używanych/stosowanych etykiet z Pakietu 11 Lp 1 i 3 ? Ilość próbek 2-3 sztuki każdej celem weryfikacji czy posiadamy w ofercie dokładnie te narzędzia do wykroju etykiet. Proszę wskazać dzień, adres i miejsce odbioru celem wysłania naszego kuriera. Zwracam się również z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert z racji, że dostawa kurierem potrwa oraz jest przerwa świąteczna. W przypadku braku możliwości udostępnienia fizycznych próbek zwracam się z prośbą o udostępnienie kolorowych zdjęć lub skanów po trzy etykiety z każdej pozycji Lp1 oraz Lp 3.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Zestaw IV

### Pytanie nr 1

Dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,53kN/m?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak**

### Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań posterylizacyjnych o wymiarach 400x760mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak**

### Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu 6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla opakowań papierowo-foliowych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla opakowań papierowo-foliowych.**