

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli do testów kasetkowych w pozycjach 3, 5 i 7 w Pakiecie 2, na rzecz kontroli zewnętrznej, którą zapewnimy na wezwanie? Uzasadniamy to możliwością odciążenia laboratorium od dodatkowych obowiązków kontrolnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i niezależności kontroli prowadzonej przez akredytowane jednostki zewnętrzne, co mogłoby zoptymalizować procesy i obniżyć koszty eksploatacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk /-/*