

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 16/16/PN/2019/5

Bytom dnia: 2019-07-15

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet NR 1 Nożyczki różne

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 105mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp. 4 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 230mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 260mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek o dł. 185mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nieutwardzonych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga nożyczek utwardzanych.

Lp. 10 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 165mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 2 Narzędzia Laryngologiczne różne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie noża Shambaugh (Negus) o dł. Całkowitej 220mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie szczekorozwieracza bez szpatułki językowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczyków o wym 1,0x8mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Lp. 4 Prosimy o dopuszczenie uchwytu do pętli o dł. 290mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Lp. 7 Prosimy o dopuszczenie ssaka Rosen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie językotrzymacza o dł. 170mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Lp.9 Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Ssaki gardłowe nie występują w tak małych średnicach. Prosimy o dopuszczenie ssaka gardłowo-migdałkowego o śr. 8,0mm i dł. 175mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie doszło do omyłki pisarskiej. Wymaga sprzętu zgodnie z SIWZ

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie łyżek do szczekorozwieracza o wym. 25x55mm, 28x65mm, 32x75mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że miesiąc sierpień dla większości firm produkujących narzędzia, jest miesiącem przeglądu maszyn produkcyjnych jak i miesiącem urlopów pracowników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

