

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku"** – znak sprawy **Z.II.260.045.Zp.2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne. - 0,2% wartości umowy netto **opóźnionej dostawy** za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w zakresie załącznika nr 7 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) W §7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:

- **0,2% wartości umowy netto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**
- **0,2% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy.**

Zmodyfikowana treść zapisów SWZ została umieszczona na platformie <https://e-propublico.pl> w dniu 22/11/2021 r.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w zakresie załącznika nr 7 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) poprzez dodanie w §5 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

4. Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Sprzedającemu zgody na wystawianie i przysyłanie z adresu e-mail: _____ faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres e-mail: info@szpital-nisko.

Zmodyfikowana treść zapisów SWZ została umieszczona na platformie <https://e-propublico.pl> w dniu 22/11/2021 r.

Pytanie nr 3. Dotyczy zapisów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH” – zapis pod opisem przedmiotu zamówienia:

Celem doprecyzowania zapisów SWZ prosimy o podanie informacji których pakietów dotyczą wymogi opisane w „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH” (zapis pod opisem przedmiotu zamówienia)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymogi opisane w „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH” (zapis pod opisem przedmiotu zamówienia) dotyczą Zadania nr 4

Pytanie nr 4. Dotyczy zapisów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH” – zapis pod opisem przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i rezygnuje z wymogu wypełnienia załącznika i podawania danych opisanych w formularzu ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH” – zapis pod opisem przedmiotu zamówienia nie dotyczą zadania nr 2 i zadania nr 3? (*wymogi dotyczą najprawdopodobniej narzędzi chirurgicznych*).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z wymogu wypełnienia załącznika i podawania danych opisanych w formularzu ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I GRANICZNYCH” – zapis pod opisem przedmiotu zamówienia, w przypadku zadania nr 2 i zadania nr 3.

Pytanie nr 5. Dotyczący zadania nr 2 i zadania nr 3 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 4:

Ponieważ czas oczekiwania na reakcję serwisu nie został określony przez Zamawiającego czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin: 48 godzin w dniach roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w zakresie załącznika nr 7 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) w §4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

4. Sprzedający zapewnia Kupującego, że czas oczekiwania na reakcję serwisu będzie nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze.

Zmodyfikowana treść zapisów SWZ została umieszczona na platformie <https://e-propublico.pl> w dniu 22/11/2021 r.

Pytanie nr 6. Dotyczący zadania nr 2 i zadania nr 3 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 5:

Ponieważ czas usunięcia uszkodzenia nie został określony przez Zamawiającego czy Zamawiający wyrazi na 5 dniowy termin usunięcia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 12 dni roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w zakresie załącznika nr 7 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) w §4 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

5. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu medycznego^{**}) oraz usunąć uszkodzenie w czasie do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Kupującego oraz w czasie do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia uszkodzenia w w/w czasie Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego.

Zmodyfikowana treść zapisów SWZ została umieszczona na platformie <https://e-propublico.pl> w dniu 22/11/2021 r.

Dyrektor
SPZZOZ w Nisku

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/