

Bytom dnia: 2024-03-05

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 28

Pakiet nr 13 - STAPLERY CHIRURGICZNE III

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowy, okrężny, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki:

- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 21mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 24mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 26mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 29mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Rozmiary staplera od 21 do 32 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowy zamykająco tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 8 wyrzuteń ładunków podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą głowicą, o długości linii cięcia 40 mm, ładunek do tkanki grubej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

