



Narowy Instytut Kardiologii

Alpejska 42
04-628 Warszawa

ZP.030.2020

Warszawa 22.06.2020

<Wszyscy Wykonawcy>

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (01)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt: **„System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem”**

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania wizji lokalnej pomieszczeń w związku z numerem ZP.030.2020. Prosimy o wyznaczenie terminu na 22.06.2020(poniedziałek)

Odpowiedź:

Obecny stan zaawansowania robót budowlanych tj. stan surowy zamknięty nie pozwala na jakąkolwiek wizualną ocenę wielkości pomieszczenia przeznaczonego na wprowadzenie urządzeń opisanych w postępowaniu ZP.030.2020. z powodu braku np. ścianek działowych i innych elementów infrastruktury. Informacje o docelowym obrazie inwestycji zostały zamieszczone w wyciągu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej opisującej stan docelowy, który ostatecznie powstanie za kilka miesięcy. W tej sytuacji Zamawiający prosi o potwierdzenie wymagania przeprowadzenia wizji lokalnej w tym stanie inwestycji.

(plan Sali zamieszczony na następnej stronie)

Równocześnie Zamawiający informuje że ogłoszenie pozostaje **bez zmian**

